

# Champ de bordure X-RAY stérile

12-2023



REF 070504



REF 070506




*Nos champs de bordure X-Ray vont connaître prochainement  
une modification de l'emplacement du fil de baryum.*

LES RADIOGRAPHIES CI-DESSOUS ILLUSTRENT CE CHANGEMENT



ANCIEN POSITIONNEMENT DU FIL DE BARYUM 1  
(bandes claires horizontales supérieures)



NOUVEAU POSITIONNEMENT DU FIL DE BARYUM  
(traits fins clairs verticaux)

Ceci est un dispositif médical de classe IIa CE 0197.

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE dont RAFFIN MEDICAL est mandataire européen et importateur.