# Surgical containers
# Recipientes cirúrgicos

FR Conteneurs à usage chirurgical
DE OP-Behälter
NL Chirurgische containers
IT Contenitori chirurgici
ES Contenedores quirúrgico
SV Kirurgiska behållare
BG Хирургични контейнери
HR Kirurški spremnici
CS Chirurgické nádoby
DA Kirurgiske beholdere
ET Kirurgilised konteinerid
FI Kirurgiset säiliöt
EL Χειρουργικά δοχεία
HU Sebészeti tartályok
LV Trauks medicīnas vajadzībām
LT Chirurginė tara
PL Pojemniki chirurgiczne
RO Recipiente chirurgicale
SK Chirurgické nádoby
SL Kirurške posode
NO Kirurgiske beholdere

UKRP 1) 2)
PAP
3)
ZILLION 4)
STERILE EO
CE 1639
MD


https://www.bastosviegas.com/downloads/ifu/IFUe511999115.pdf
Bastos Viegas,s.a.
Avenida da Fábrica, 298, 4560-164 Guilhufe, Penafiel- Portugal
Tel.: 255 729 500 - geral@bastosviegas.com
www.bastosviegas.com

IFU511999115. Rev. 3 (30-04-2025)

## IT Contenitori chirurgici

**DISPOSITIVI**

-Vassoi chirurgici;
-Vassoi (compresi vaschette reniformi, vassoi per cateterismo, vassoi per laparoscopia/ endoscopia e vassoi con vaschetta per filo guida);
-Bacini (compresi bacini rotondi, vaschette per placenta e confezioni rettangolari);
-Teli copri lavandino;
-Brocche;
-Coperchi (compresi i coperchi dei vassoi chirurgici e i coperchi dei bacini).

**INFORMAZIONI SUL DISPOSITIVO**

L'ampia gamma di contenitori chirurgici monouso è conforme ai più elevati standard di qualità.
Dispositivi medici classificati come dispositivi di Classe IIa a causa delle loro ampie indicazioni d'uso approvate, compreso l'uso durante procedure invasive.
Alcuni prodotti dispongono di coperchio appropriato e adesivi per il fissaggio alle superfici.
Gli operatori sanitari devono scegliere un dispositivo con una capacità adeguata e con un design appropriato per lo scopo specifico previsto.

**DESTINAZIONE D'USO E INDICAZIONI**

**I vassoi, bacini, i teli copri bacini e le brocche per uso chirurgico:**
-Conservare temporaneamente organi o tessuti;
-Conservare o preparare dispositivi medici come cateteri con soluzioni medicamentose;
-Per contenere la soluzione salina o la soluzione salina con mezzi di contrasto o eparina destinata all'iniezione.
-Conservare soluzioni acquose o saline per l'irrigazione;
-Conservare soluzioni acquose e saline per la pulizia di ferite;
-Conservare antisettici per la disinfezione della cute o delle mucose.
**Inoltre, e a causa del loro design, devono essere usati:**
**Brocche** -Per versare le soluzioni.
**Vaschette reniformi, vassoi per cateterismo (a forma di barca)** - Per adattarsi al corpo umano progettato per raccogliere sangue e fluidi corporei.
**Vassoi con vaschetta per filo guida** -Per preparare e conservare temporaneamente un filo guida mantenendolo in posizione e idratato.
**Teli copri lavandino** - Il telo copri lavandino, progettato con una tendina integrata, si usa per prevenire il trasferimento di agenti infettivi in contesto chirurgico. Modellato per adattarsi all'interno del lavandino ad anello, il telo include una tendina che copre le gambe del supporto ad anello, inoltre serve a mantenere calde le soluzioni di irrigazione.
**Coperchi dei vassoi chirurgici e coperchi dei bacini:**
Per ottenere la versione chiusa del vassoio o bacino chirurgico durante il trasporto, lo stoccaggio o lo smaltimento.
**Vaschette per placenta:**
Specificamente per conservare temporaneamente la placenta e/o il cordone ombelicale per l'ispezione dopo il parto e per la preparazione della membrana placentare, che può poi essere utilizzata in un contesto come la cura delle ferite.

**AVVERTENZE E PRECAUZIONI**

-Non deve essere usato per la preparazione di cemento osseo.
-Ispezionare visivamente il sistema di barriera sterile prima dell'uso. Non usare il dispositivo se si rileva una qualsiasi violazione dell'integrità della confezione.
-Ispezionare visivamente il dispositivo. Non usare il dispositivo se si rilevano segni di deterioramento o difetti che ne possano compromettere le prestazioni.
-Prima dell'uso, controllare visivamente la presenza di particelle e utilizzare solo il contenuto e/o i componenti non danneggiati.
-Per la preparazione degli iniettabili, utilizzare un ago filtro. Si tenga presente che i contenitori aperti possono aumentare il rischio di contaminazione.
-Per la procedure invasive oftalmiche, lavare il contenitore chirurgico con soluzione sterile prima dell'uso.
-Deve essere usato solo da operatori sanitari.
-Non riutilizzare. La utilizzazione una sola volta per evitare rischi di contaminazione, incluse possibili infezioni, e/o danno funzionale.
-Smaltire secondo la normativa in vigore e/o gli standard di prevenzione delle infezioni per i rifiuti sanitari, per ridurre al minimo il rischio di contaminazione, infezione o inquinamento.

Non è previsto che si verifichino incidenti gravi con l'uso del dispositivo, se utilizzato in modo corretto, ma secondo il Regolamento (EU) 2017/745 dobbiamo informare che incidenti gravi connessi con l'uso di questo dispositivo, che mettano in pericolo la vita o comportemattano la salute, compresse malattie o menomazioni permanenti di una struttura corporea, devono essere comunicati a Basto Viegas e all'autorità competente del vostro Paese.

**SIMBOLI DI ETICHETTATURA**

1)Rappresentante autorizzato del Regno Unito 2)Carta (identificazione del materiale di imballaggio)3)Direzione di apertura 4)Marchio di fabbrica

## ES Contenedores quirúrgico

**PRODUCTOS**

-Recipientes quirúrgicos;
-Bandejas (incluye bandejas riñoneras, bandejas para cateterismo, bandejas para laparoscopia-endoscopia y bandejas con recipiente hilo guía);
-Palanganas (incluye palanganas

redondas, palanganas de placenta y palanganas rectangulares);
-Tapas de recipientes quirúrgicos y tapas de palanganas;
-Jarras medidoras;
-Tapas (incluye tapas de recipientes quirúrgicos y tapas de palanganas).

**INFORMACIÓN DEL PRODUCTO**

Amplia gama de contenedores quirúrgicos de un solo uso que respetan las normas de calidad más exigentes.
Equipos médicos de clase IIa por las numerosas indicaciones de uso aprobadas, incluido el uso durante procedimientos invasivos.
Algunas referencias presentan una tapa adecuada, así como adhesivos para fijarlas a las superficies.
Los profesionales sanitarios deben seleccionar un equipo con una capacidad adecuada y con un diseño apropiado para el uso específico previsto.

**FINALIDAD PREVISTA E INDICACIONES**

**Los recipientes quirúrgicos, las bandejas, las palanganas, los revestimientos para palanganas y las jarras medidoras:**
-Para sostener o preparar equipos médicos como catéteres con soluciones medicamentosas;
-Para sostener o preparar solución salina o la solución salina con medios de contraste o heparina destinada a la inyección;
-Para contener soluciones acuosas o salinas para irrigación;
-Para contener soluciones acuosas, salinas o antisépticas para limpiar heridas;
-Para contener antisépticos para desinfectar la piel o las mucosas.
**Además, debido a su diseño, están pensados para ser utilizados:**
**Jarras medidoras**-Para verter soluciones líquidas.
**Bandejas riñoneras, bandejas para cateterización (forma de barco)**-Para ajustarse al cuerpo humano; son adecuados para recoger los fluidos corporales.
**Bandejas con recipiente hilo guía**-Para preparar y almacenar temporalmente un hilo guía manteniéndolo en su lugar e hidratado.
**Revestimientos para palanganas** El revestimiento para palanganas, diseñado con una cortina integrada, se utiliza para prevenir la transferencia de agentes infecciosos en un contexto quirúrgico. Con una forma que se adapta al interior de una palangana redonda, el revestimiento incluye una cortina que cubre las patas del soporte redondo. Además, sirve para mantener calientes las soluciones de irrigación.
**Tapas de recipientes quirúrgicos y tapas de palanganas:**
Para cerrar la forma cerrada de los recipientes quirúrgicos o las palanganas durante el transporte, el almacenamiento o la eliminación.
**Palanganas de placenta:**
Especialmente para sujetar de forma provisional la placenta o el cordón umbilical para inspección posterior al parto y para preparar la membrana placentaria que después se podrá utilizar para curar heridas.

**ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES**

-No debe utilizarse para preparar cemento óseo.
-Inspeccione visualmente el sistema de barrera estéril antes de utilizarlas. No utilice el dispositivo si observa cualquier alteración en el envoltorio.
-Inspeccione visualmente el dispositivo. No utilice el equipo si detecta indicios de deterioro o defectos que puedan comprometer su funcionamiento.
-Antes de utilizarlo, compruebe visualmente si hay restos de partículas y utilice solo el contenido y componentes.
-Para la preparación de inyectables utilice una aguja con filtro. Tenga en cuenta que los contenedores abiertos pueden aumentar el riesgo de contaminación.
-Para procedimientos oftálmicos invasivos, enjuagar el contenedor quirúrgico con solución estéril antes de su utilización.
-Destinado a ser utilizado exclusivamente por profesionales sanitarios.
-No reutilizar. Concebido para utilizarse una única vez para evitar riesgos de contaminación, como posibles infecciones o daños en su funcionamiento.
-Deseche de acuerdo con la legislación aplicable y/o las normas de prevención de infecciones para los residuos sanitarios, con el fin de minimizar el posible riesgo de contaminación, infección o polución.

Utilizando el equipo de manera correcta no se deberían producir incidentes graves, pero de acuerdo con el Reglamento (UE) 2017/745 debemos informar de que los incidentes graves relacionados con el uso del equipo que pongan en peligro la vida o comprometan la salud, incluyendo enfermedades o el deterioro permanente de una estructura corporal, deben notificarse a Bastos Viegas y a la autoridad competente de su país.

**SÍMBOLOS DE MARCADO**

1)Representante autorizado del Reino Unido 2)Papel (identificación del material de embalaje) 3)Dirección de apertura 4)Marca

## PT Recipientes cirúrgicos

**DISPOSITIVOS**

-Recipientes cirúrgicos;
-Tabuleiros (inclui tabuleiros reniformes, tabuleiros para cateterismo, tabuleiros de laparoscopia/endoscopia e tabuleiros com recipiente fio-guia);
-Recipientes (inclui recipientes redondos, recipientes de placenta e recipientes retangulares);
-Coberturas de bacia;
-Jarros;
-Tampas (inclui tampas de recipientes cirúrgicos e tampas de recipientes.)

**INFORMAÇÕES SOBRE OS DISPOSITIVOS**

Vasta gama de recipientes cirúrgicos de uso único, que cumprem com as mais elevadas normas de qualidade.
Classificados como dispositivos médicos de classe IIa devido à ampla extensão de indicações para utilização aprovadas, incluindo a utilização durante procedimentos invasivos.
Algumas referências apresentam uma tampa, bem como adesivos para fixação a superfícies.
Os profissionais de saúde devem selecionar um dispositivo com capacidade e formato adequados à finalidade prevista.

**FINALIDADE PREVISTA E INDICAÇÕES**

**Recipientes cirúrgicos, tabuleiros, recipientes, coberturas de bacia e jarros:**
-Para acondicionar temporariamente órgãos ou tecidos.
-Para acondicionar ou preparar dispositivos médicos tais como cateteres com soluções medicamentosas;
-Para conter uma solução salina, ou solução salina com contraste ou heparina, para injeção.
-Para acondicionar soluções salinas aquosas para irrigação.
-Para acondicionar soluções salinas aquosas ou soluções antissépticas para limpeza de feridas.
-Para acondicionar soluções antissépticas para desinfeção da pele ou mucosa.
**Adicionalmente, e devido ao seu design, destinam-se a ser utilizados:**
**Jarros**-para verter soluções líquidas.
**Tabuleiros reniformes, tabuleiros para cateterização (forma barco)** - para encaixar no corpo; são adequados para recolher fluidos corporais.
**Tabuleiros com recipiente fio-guia**-para preparar e armazenar temporariamente um fio-guia, mantendo-o na sua posição e hidratado.
**Coberturas de bacia** - A cobertura de bacia, concebido com um campo integrado, destina-se a prevenir a transferência de agentes infeciosos em contexto cirúrgico.
Com formato que se adapta ao interior do recipiente redondo, e inclui um campo que cobre as pernas do suporte da mesa de suporte. Também utilizado para acondicionar soluções mornas para irrigação.
**Tampas de recipientes cirúrgicos e tampas de recipientes:**
-Para obter a versão fechada dos recipientes cirúrgicos ou dos recipientes durante o transporte, armazenamento ou descarte.
**Recipientes de placenta:**
-Especificamente para acondicionar temporariamente placenta e/ou cordão umbilical para inspeção após o parto e para preparação de membrana de placenta, que pode depois ser usada num contexto de tratamento de feridas.

**ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES**

-Não indicado para a preparação de cimento ósseo.
-Inspecione visualmente a barreira estéril antes da utilização. Não utilize o dispositivo se detetar qualquer falha na integridade da embalagem.
-Inspecione visualmente o dispositivo. Não utilize se detetar qualquer sinal de deterioração ou defeitos que possam comprometer o desempenho.
-Antes da utilização, verificar visualmente a existência de partículas e utilizar apenas se o conteúdo for límpido.
-Para preparação de injetáveis utilizar uma agulha com filtro. Alertamos que os recipientes abertos podem aumentar o risco de contaminação.
-Para procedimentos invasivos oftálmicos, irrigar o recipiente cirúrgico com solução estéril antes de utilizar.
-Destina-se a ser utilizado exclusivamente por profissionais de saúde
-Não reutilizar. Destina-se a uma única utilização de modo a evitar os riscos decorrentes da sua contaminação, incluindo possíveis infeções, e/ou de danos funcionais.
-Descartar de acordo com a legislação e/ou normas de prevenção de infeções aplicáveis para resíduos hospitalares, para minimizar possíveis riscos de contaminação, infeção ou poluição.

Embora não seja previsível a ocorrência de qualquer incidente grave na utilização do dispositivo se utilizado corretamente, de acordo com o Regulamento (UE) 2017/745 devemos informar que a ocorrência de incidentes graves determinantes de alterações do estado de saúde que coloquem em risco a vida ou deterioram a saúde, incluindo doença ou dano corporal permanente, devem ser comunicados a Bastos Viegas e à Autoridade Competente do seu País.

**SÍMBOLOS DE ROTULAGEM**

1)Representante autorizado do Reino Unido 2)Papel (identificação do material de embalagem) 3)Direção de abertura 4)Marca registada

## SV Kirurgiska behållare

**PRODUKTER**

-Kirurgiska skålar;
-Brickor (inklusive njurbrickor, kateteriseringsbrickor, laparoskopi-/endoskopibrickor och brickor med ledtråd hållare);
-Handfat (inkluderar ringhandfat, placentahandfat och rektangulära handfat);
-Skydd till handfat;
-Tillbringare;
-Lock (inkluderar lock till kirurgiska skålar och handfat).

**INFORMATION OM PRODUKTEN**

Brett sortiment av kirurgiska engångsbehållare som uppfyller de högsta kvalitetsstandarderna.
Medicintekniska produkter som klassificeras som klass IIa-produkter på grund av deras breda godkända indikationer för användning, inklusive användning under invasiva ingrepp.
I vissa referenser presenteras ett lämpligt lock, samt fästmedel för fixering på ytor.
Vårdpersonal bör välja en enhet med lämplig kapacitet och med en utformning som är lämplig för det specifika avsedda syftet.

**AVSETT ÄNDAMÅL OCH INDIKATIONER**

**Kirurgiska skålar, brickor, handfat, handfatsskydd och tillbringare:**
-För att tillfälligt förvara organ eller vävnader.
-För att förvara eller bereda medicintekniska produkter, t.ex. kateterar med medicinska lösningar;
-För att hålla kroppsvätska eller kalksaltlösning med kontrastmedel eller heparin avsedd för injektion.
-För att förvara vattenhaltiga saltlösningar för bevattning;
-För att förvara vattenhaltiga saltlösningar eller antiseptiska lösningar för sårrengöring;
-För att förvara antiseptiska medel för desinfektion av hud eller slemhinnor.
**Och dessutom, och på grund av deras utformning, är de avsedda att användas:**
**Tillbringare**-För att hälla lösningar.
**Njurbrickor, kateteriseringsbrickor (båtform)** - För att passa mot människokroppen; är lämpliga att uppsamla kroppsvätskor.
**Brickor med skål för ledare** - För att förbereda och tillfälligt förvara en ledare, samtidigt som den hålls på plats och hydratiseras.
**Skydd till handfat** - Handfatsskydd är utformat för att passa med en integrerad dräpering och används för att hindra överföring av smittämnen under kirurgiska förfaranden. Den passar över ett handfat med en dräpering som täcker handfatsställets ben. Dessutom kan det användas till att hålla varma spolvätskelösningar.
**Lock till kirurgiska skålar och handfat:**
För att få tag i den slutna versionen av kirurgiska skålar eller handfat under transport, förvaring eller bortskaffande.
**Placentahandfat:**
-Specifikt för tillfällig förvaring av placenta och/eller navelsträng för inspektion efter födseln och för beredning av placentamembran som sedan används för sårvård i ett kontext med t.ex.

**VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER**

-Inte avsedd att användas för förberedelse av bencement.
-Inspektera den sterila systembarriären visuellt före användning. Använd inte enheten om du upptäcker att förpackningens integritet brutits.
-Inspektera enheten visuellt. Använd inte enheten om du upptäcker tecken på försämring eller defekt som kan äventyra prestandan.
-Före användning, kontrollera visuellt om det finns partiklar och endast använda om innehållet är klart.
-Använd en filternål för beredning av injicerbara läkemedel. Tänk på att öppna behållare ökar risken för kontaminering.
-Vid oftalmologiska invasiva ingrepp ska den kirurgiska behållaren spolas med ett sterilt lösning före användning.
-Endast avsedd att användas av sjukvårdspersonal.
-Återanvänd inte. Avsedd att användas en gång för att förhindra risker för kontaminering, inklusive möjliga infektioner och/eller funktionsskador.
-Avfallshantera i enlighet med gällande lagstiftning och/eller standard för förebyggande av infektioner för sjukvårdsavfall, för att minimera risk för kontaminering, infektion eller förorening.

Förekomsten av allvarliga incidenter förväntas inte vid användning av enheten om den används på rätt sätt, men enligt förordning (EU) 2017/745 måste vi informera om att allvarliga incidenter relaterade till användningen av enheten, som är livshotande eller äventyrar hälsan, inklusive sjukdom eller permanent försämring av en kroppsstruktur, måste anmälas till de Bastos Viegas och till den behöriga myndigheten i ditt land.

**MÄRKNINGSSYMBOLER**

1)Godkänt ombud för Storbritannien 2)Papper (identifiering av förpackningsmaterial) 3)Öppningsriktning 4)Varumärke

## FR Conteneurs à usage chirurgical

**DISPOSITIFS**

-Coupes chirurgicales;
-Plateaux (inclut les plateaux réniformes, les plateaux pour cathétérisme, les plateaux de laparascopie-endoscopie et les plateaux avec bol à guide);
-Bassins (inclut les bassins ronds, les bassins de placenta et les bassins rectangulaires);
-Pochettes de bassin;
-Cruches;
-Couvercles (inclut les couvercles de cupule chirurgicale et les couvercles pour bassin);

**INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF**

Large gamme de conteneurs à usage chirurgical unique conformes aux normes de qualité les plus strictes.
Dispositifs médicaux appartenant à la Classe IIa du fait de leurs larges indications d'utilisation approuvées, y compris lors de procédures invasives.
Certaines références apresentam uma tampa, bem como adesivos para fixação a superfícies.
Les professionnels de santé doivent choisir un dispositif ayant une capacité appropriée et un design adaptés à l'usage spécifié prévu.

**DESTINATION ET INDICATIONS**

**Les cupules chirurgicales, les plateaux, les bassins, les pochettes de bassin et les cruches:**
-Maintenir temporairement des organes ou des tissus.
-Contenir ou préparer des dispositifs médicaux tels que des cathéters avec des solutions médicamenteuses;
-Pour contenir une solution saline, une solution saline avec un produit de contraste ou de l'héparine destinée à être injectée.
-Contenir des solutions aqueuses et salines pour l'irrigation ;
-Contenir des solutions aqueuses, salines ou antiseptiques pour le nettoyage de plaies;
-Contenir des antiseptiques destinés à la désinfection de la peau ou des muqueuses.
**En outre, et en raison de leur design, ils sont destinés à être utilisés pour:**
**Cruches**-verser des solutions liquides.
**Plateaux réniformes, plateaux pour cathétérisme (forme de bateau)**-S'adapter au corps humain ; ils sont adéquats pour recueillir les fluides corporels.
**Plateaux avec bol à guide**- Préparer et stocker temporairement un fil-guide tout en le maintenant en place et en l'hydratant.
**Pochettes de bassin**-Le bassin, conçu avec un champ intégré, est utilisée pour empêcher le transfert d'agents infectieux dans un contexte chirurgical. Conçu pour s'adapter à l'intérieur d'un bassin rond, le revêtement comprend un champ qui recouvre les pieds du support rond. En outre, il sert à maintenir les solutions d'irrigation au chaud.
**Couvercles de cupule chirurgicale et les couvercles pour bassin:**
-Obtenir la version fermée des cupules ou des bassins chirurgicaux pendant le transport, le stockage ou la mise au rebut.
**Bassins de placenta:**
-Destinés spécifiquement à maintenir temporairement le placenta et/ou le cordon ombilical en vue d'une inspection après la naissance et de la préparation de la membrane placentaire qui peut ensuite être utilisée dans un contexte de soin des plaies.

**MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS**

-Incompatible avec la préparation de ciment osseux.
-Inspecter visuellement le système de barrière stérile avant toute utilisation. Ne pas utiliser le dispositif si vous détectez un défaut sur l'emballage.
-Inspecter visuellement le dispositif. Ne pas utiliser le dispositif si vous détectez un quelconque signe de détérioration ou de défaut susceptible de compromettre ses performances.
-Avant utilisation, vérifier visuellement la présence de particules et n'utiliser que si les contenus sont clairs.
-Pour la préparation des produits injectables, utilisez une aiguille filtre. Sachez que les récipients ouverts peuvent augmenter le risque de contamination.
-Pour les procédures invasives ophtalmiques, rincer le conteneur à usage chirurgical avec une solution stérile avant utilisation.
-Utilisation exclusivement réservée aux professionnels de la santé.
-Ne pas réutiliser. Prévu pour une utilisation unique afin d'éviter les risques de contamination, y compris les infections possibles, et/ou les dommages fonctionnels.
-Éliminer conformément aux lois en vigueur et/ou aux normes de prévention des infections pour les déchets liés aux soins de santé, afin de minimiser le potentiel risque de contamination, d'infection ou de pollution.

La survenue d'incidents graves n'est pas attendue avec l'utilisation du dispositif s'il est utilisé correctement, mais conformément au reglement (UE) 2017/745 nous devons informer que les incidents graves liés à l'utilisation du dispositif qui mettent la vie en danger ou compromettent la santé, y compris la maladie ou altération permanente d'une structure corporelle, doivent être notifiés à Bastos Viegas et a l'autorité compétente de votre pays.

**SYMBOLES D'ÉTIQUETAGE**

1)Représentant agréé au Royaume-Uni 2)Notice d'information (identification du matériau d'emballage) 3)Sens d'ouverture 4)Marque déposée

## BG Хирургични контейнери

**ИЗДЕЛИЯТА**

-Хирургични купички;
-Тавички (включително бъбрековидни легенчета, тавички за катетеризация, тавички за лапароскопия/ендоскопия и поставки с куличка за водач);
-Легени (включително легени за плацентата и правоъгълни легени);
-Покривала за леген;
-Капаци (включително капаци за хирургически купички и легени).

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗДЕЛИЕТО**

Широка гама от хирургически контейнери за еднократна употреба, които отговарят на най-високите стандарти за качество.
Медицинска изделия от клас IIa поради широкия обхват на класа за поради широките им одобрени показания за употреба, включително употреба по време на инвазивни процедури.
Някои препарати предлагат подходящ капак, както и лепила за фиксиране към повърхности.
Медицинските специалисти трябва да изберат изделие с подходящ капацитет и с дизайн, подходящо за конкретното предназначение.

**ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПОКАЗАНИЯ**

**Хирургическите купички, тави, легени, покривала за легени и разширителни колани:**
-за временно задържане на органи или тъкани;
-за задържане или подготовка на медицински изделия като катетри с медицински разтвори;
-За съхранение на физиологичен разтвор или физиологичен разтвор с контрастно вещество или хепарин, предназначен за инжектиране.
-за задържане на водни, физиологични разтвори за напояване;
-за задържане на водни разтвори или антисептични разтвори за почистване на рани;
-за задържане на антисептици за дезинфекция на кожата или лигавицата.
**Освен това и поради техния дизайн са предназначени да бъдат използвани:**
**Измервателни кани** - за изсипване на разтвори.
**Пластмасови бъбрековидни легенчета, тавички за катетеризация (с форма на лодка)** - да пасват на човешкото тяло; достатъчни са за събиране на телесни течности.
**Поставки с куличка за водач** - за подготовка и временно съхраняване на водача, като същевременно е на място и хидратиран.
**Покривала за легени** - Покривалото за легени, покриващо включва плато, което покрива ръбата на кръгата стойка. Освен това служи за задържане на топли разтвори за напояване.
**Капаци за хирургически купички и легени:**
-за получаване на затворена версия на хирургически купи или легени по време на транспортиране, съхранение или изхвърляне.
**легени за плацентата**
-специално за временно задържане на плацентата и/или пъпната връв за проверка след раждането и за подготовка на плацентарна мембрана, която след това може да се използва в контекст като грижа за рани.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ**

-Не е предназначена за приготвяне на костен цимент.
-Проверете визуално стерилната бариерна система преди употреба. Не използвайте изделието, ако откриете нарушение на целостта на опаковката.
-Проверете визуално изделието. Не използвайте изделието, ако забележите някакви признаци на влошаване или дефект, който може да компрометира работата на изделието.
-Преди употреба проверете визуално за наличие на частици и използвайте само ако съдържанието е бистро.
-За приготвяне на инжекционната течност за филтърна игла. Имайте предвид, че отворените контейнери могат да увеличат риска от замърсяване.
-За офталмологични инвазивни процедури, промийте хирургическия контейнер със стерилен разтвор преди употреба.
-Предназначено за употреба само от медицински специалисти.
-Да не се използва повторно. Предназначено за еднократна употреба с цел да се предотвратят рискове от заразяване, включително възможни инфекции и/или повреда на функцията му.
-Изхвърляйте в съответствие с приложимото законодателство и/или стандартите за предотвратяване на инфекции от отпадъци от здравеопазването, за да се сведе до минимум потенциалния риск от заразяване, инфекция или замърсяване.

Не се очаква появата на сериозни инциденти при употребата на изделието, ако се използва по предназначение, но съгласно Регламент (ЕС) 2017/745 е необходимо да Ви информираме, че сериозни инциденти, свързани с употребата на изделието, които водят до застрашаване на здравето, включително заболяване или влошаване на телесната структура, трябва да бъдат съобщавани на Bastos Viegas и на компетентния орган в държавата ви.

**СИМВОЛИ ВЪРХУ ЕТИКЕТИТЕ**

1)Упълномощен представител за Обединеното кралство 2)Хартия (идентификация на опаковъчния материал) 3)Посока на отваряне 4)Търговска марка

## DE OP-Behälter

**PRODUKTE**

-OP-Schalen;
-Schalen (einschließlich Nierenschalen, Katheterschalen, Laparoskopie-/Endoskopietabletts und Schalen mit Führungsdrahtschüssel);
-Behälter (einschließlich runder

Behälter, Plazentaschalen und rechteckiger Behälter);
-Abdeckungen für Waschbecken
-Krüge;
-Deckel (einschließlich OP-Schalendeckel und Schalendeckel).

**INFORMATIONEN ÜBER DAS GERÄT**

Die breite Palette an OP-Einwegbehältern entspricht den höchsten Qualitätsstandards.
Medizingeräte, die aufgrund ihrer breiten zugelassenen Anwendungsindikationen, einschließlich der Verwendung bei invasiven Eingriffen, als Geräte der Klasse IIa eingestuft werden.
Einige Referenzen enthalten einen geeigneten Deckel sowie Klebstoffe für die Befestigung an Oberflächen.
Angehörige der Gesundheitsberufe sollten ein Gerät mit einem geeigneten Fassungsvermögen und einem Design auswählen das für den beweilgen Verwendungszweck geeignet ist.

**ZWECKBESTIMMUNG UND INDIKATIONEN**

**OP-Schalen, Tabletts, Becken, Abdecktücher für Waschbecken und Krüge:**
-Zur vorübergehenden Aufnahme von Organen oder Geweben;
-Zur Aufnahme oder Vorbereitung von Medizinprodukten wie Kathetern mit medizinischen Lösungen;
-Zur Aufbewahrung von Kochsalzlösung oder Kochsalzlösung mit Kontrastmittel oder Heparin zur zur Injektion vorgesehen sind.
-Zur Aufnahme von wässrigen, salzhaltigen Lösungen für die Spülung;
-Zur Aufnahme von wässrigen, salzhaltigen oder antiseptischen Lösungen zur Wundreinigung;
-Zur Aufnahme von Antiseptika für die Desinfektion von Haut oder Schleimhaut.
**Darüber hinaus sind sie aufgrund ihres Designs dazu bestimmt, verwendet zu werden:**
**Krüge**-Zum Ausgießen von Lösungen.
**Nierenschalen, Katheterschalen (Bootsform)**-zum Anpassen an den menschlichen Körper; sind geeignet, um Körperflüssigkeiten aufzufangen.
**Schalen mit Führungsdrahtschüssel**- zur Vorbereitung und vorübergehenden Aufbewahrung eines Führungsdrahtes, während er an Ort und Stelle und hydriert gehalten wird.
**Abdecktücher für Waschbecken**-Das Abdecktuch für Waschbecken mit integriertem Abdecktuch wird verwendet, um die Übertragung von Infektionserregern im chirurgischen Kontext zu verhindern. Das Abdecktuch ist so geformt, dass sie in das Innere eines Ringbeckens passt, und umfasst ein Tuch, das die Beine des Ringständers abdeckt. Außerdem dient sie zur Aufnahme von warmen Spüllösungen.
**OP-Schalendeckel und Schalendeckel:**
-Um die geschlossene Version von OP-Schalen oder Becken während des Transports, der Lagerung oder der Entsorgung zu erhalten.
**Plazentaschalen:**
-Speziell zur vorübergehenden Aufnahme der Plazenta und/oder der Nabelschnur zur Inspektion nach der Geburt und zur Vorbereitung der Plazentamembran, die anschließend z. B. in der Wundversorgung verwendet werden kann.

**WARNUNGEN UND VORSICHTSHINWEISE**

-Nicht für die Zubereitung von Knochenzement bestimmt.
-Überprüfen Sie vor der Verwendung visuell das Sterilbarriereesystem. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie eine Verletzung der Verpackungsintegrität feststellen.
-Überprüfen Sie das Gerät visuell. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie Anzeichen für eine Verschlechterung oder einen Defekts feststellen, der die Leistung beeinträchtigen könnte.
-Vor der Verwendung visuell auf Partikel prüfen und nur verwenden, wenn der Inhalt klar ist.
-Zur Vorbereitung von Injektionsmitteln ist die Verwendung einer Filterkanüle erforderlich. Beachten Sie, dass offene Behälter das Kontaminationsrisiko erhöhen können.
-Bei invasiven ophthalmischen Eingriffen ist der OP-Behälter vor der Verwendung mit sterilem Wasser zu spülen.
-Ausschließlich für die Verwendung durch medizinisches Fachpersonal bestimmt.
-Nicht wiederverwenden. Nur zur einmaligen Verwendung bestimmt, um Risiken durch Kontamination, einschließlich möglicher Infektionen, und/oder Funktionsschäden zu vermeiden.
-Entsorgen sie medizinische Abfälle gemäß den geltenden Rechtsvorschriften und/oder Standards zur Infektionsprävention, um das potenzielle Risiko einer Kontamination, Infektion oder Verschmutzung zu minimieren.

Gemäß der Verordnung (EU) 2017/745 müssen wir jedoch darauf hinweisen, dass schwerwiegende Zwischenfälle im Zusammenhang mit der Verwendung des Geräts, die lebensbedrohlich sind oder die Gesundheit gefährden, einschließlich Krankheit oder dauerhafte Beeinträchtigungen einer Körperstruktur, Bastos Viegas und der zuständigen Behörde Ihres Landes gemeldet werden müssen.

**KENNZEICHNUNGSSYMBOLE**

1)Bevollmächtigter Vertreter des Vereinigten Königreichs 2)Papier (Kennzeichnung des Verpackungsmaterials) 3)Öffnungsrichtung 4)Marke

## HR Kirurški spremnici

**PROIZVODI**

-Kirurške posude;
-Plitice (uključuje bubrežaste zdjele, plitice za kateterizaciju, posude za laparoskopiju/endoskopiju i plitice s posudom za žicu vodilicu);
-Posude (uključuje okrugle lavore, lavore za placentu i lavore);

-Prekrivke za posude za otopine;
-Bokali;
-Poklopci (uključuju poklopce za kirurške posude i poklopce za posude i lavore).

**PODACI O UREĐAJU**

Širok raspon jednokratnih kirurških spremnika u skladu je s najvišim standardima kvalitete.
Medicinski uređaji klasificirani kao uređaji klase IIa zbog svojih širokih odobrenih indikacija za upotrebu, uključujući upotrebu tijekom invazivnih postupaka.
Neke reference uključuju odgovarajući poklopac kao i ljepila za fiksiranje na površine.
Zdravstveni radnici trebali bi odabrati uređaj odgovarajuće kapaciteta i dizajna prikladan za određenu namjenu.

**NAMJENA I INDIKACIJE**

**Kirurške posude, pladnjevi, lavori, prekrivke za lavore i bokali:**
-Privremeno držanje ili pripremanje organa ili tkiva;
-Pohranu ili pripremu medicinskih uređaja poput katetera s medicinskim otopinama;
-Za držanje fiziološke otopine ili fiziološke otopine s kontrastnim sredstvom ili heparinom namijenjenim za injekciju.
-Pohranu vodenih ili slanih otopina za ispiranje;
-Pohranu vodenih ili slanih otopina za čišćenje rana;
-Pohranu antiseptika za dezinfekciju kože ili sluznice.
**Dodatno, i zbog svog dizajna, namijenjeni su za:**
**Bokali** - Izlijevanje otopina.
**Bubrežaste zdjele, plitice za kateterizaciju (oblik broda)** - Pristajanje ljudskom tijelu; prikladne za prikupljanje tjelesnih tekućina.
**Plitice s posudom za žicu vodilicu** - Pripremu i privremenu pohranu žice vodilice bok uz bok s hidratacijom.
**Prekrivke za posude za otopine** - Prekrivka za posudu za otopine, dizajnirana s integriranom draperijom, koristi se za sprječavanje prijenosa zaraznih agenasa u kirurškom kontekstu. Oblikovana tako da odgovara unutrašnjosti okruglog lavora, prekrivka uključuje draperiju koja prekriva noge okruglog stalka. Osim toga, služi za držanje toplih otopina za ispiranje.
**Poklopce za kirurške posude i poklopce za posude:**
-Za dobivanje zatvorene verzije kirurških zdjela ili posuda tijekom transporta, skladištenja ili odlaganja.
**Lavore za plac:**
-Posebno za privremeno pohranjivanje placente i/ili pupkovine za pregled nakon rođenja i za pripremu placentne membrane koja se kasnije može koristiti za njegu rana.

**UPOZORENJA I MJERE OPREZA**

-Nije namijenjeno za pripremu koštanog cementa.
-Prije uporabe vizualno pregledajte sterilnu barijeru. Nemojte koristiti uređaj ako primijetite bilo kakvo oštećenje pakiranja.
-Vizualno pregledajte uređaj. Nemojte koristiti uređaj ako primijetite bilo kakav znak pogoršanja ili nedostatak koji bi mogao ugroziti učinkovitost.
-Prije uporabe vizualno provjerite ima li čestica i koristite samo ako je sadržaj bistar.
-Za pripremu injekcija koristite iglu s filtrom. Budite svjesni da otvoreni spremnici mogu povećati rizik od kontaminacije.
-Za oftalmološke invazivne postupke, prije uporabe isperite kirurški spremnik sterilnom otopinom.
-Smiju koristiti isključivo zdravstveni djelatnici.
-Nemojte ponovno upotrebljavati. Namijenjeno za jednokratnu uporabu kako bi se spriječili rizici od kontaminacije, uključujući moguće infekcije i/ili funkcionalno oštećenje.
-Odložite kao medicinski otpad u skladu s važećim zakonima i/ili standardima za sprječavanje infekcija kako biste minimalizirali potencijalni rizik od kontaminacije, infekcije ili onečišćenja.

U slučaju pravilne uporabe uređaja ne očekuje se pojava ozbiljnih incidenata, ali prema Uredbi (EU) 2017/745 moramo obavijestiti da se ozbiljni incidenti povezani s uporabom uređaja koji dovode do ugrožavanja zdravlja, uključujući bolest ili trajno oštećenje strukture tijela, moraju prijaviti tvrtki Bastos Viegas i nadležnom tijelu vaše zemlje.

**SIMBOLI OZNAČAVANJA**

1)Ovlašteni predstavnik Ujedinjenog Kraljevstva 2)Papir (identifikacija materijala za pakiranje) 3)Upute za otvaranje 4)Zaštitni znak

## DA Kirurgiske beholdere

**UDSTYR**

-Kirurgiske skåle;
-Bakker (herunder nyrebakker, kateteriseringsbakker, laparoskopi-/endoskopibakke og bakker til guidewiresår);
-Beholdere (omfatter runde beholdere, moderkagebeholdere og rektangulære beholdere);
-Beholderforme;
-Vander;
-Låg (omfatter låg til kirurgiske skåle og beholdere).

**OPLYSNINGER OM ENHEDEN**

Et bredt udvalg af kirurgiske engangsbeholdere, som overholder de højeste ydelsesstandarder.
Medicinsk udstyr klassificeret som klasse IIa-udstyr på grund af dets omfattende opkøbsrådte anvendelsesområder, herunder brug under invasive procedurer.
Nogle referencer indeholder et passende låg samt klæbemidler til fastgørelse på overfladen.
Sundhedspersonalet bør vælge en enhed med en passende kapacitet og med et design der passer til det specifikke formål.

**ERKLÆRET FORMÅL OG INDIKATIONER**

**Kirurgiske skåle, bakker, beholdere, forme og kander:**
-Til midlertidig opbevaring af steriler ifølge valg.
-Til at skylle eller klargøre indbygget udstyr som fx katetre med medicinske løsninger.
-Til at holde saltvandsopløsning eller saltvandsopløsning med kontrastmedie eller heparin til injektion.
-Til at indeholde vandige saltvandsopløsninger til skylning,
-Til vandige, saltopløsninger eller antiseptiske opløsninger til sårrensning.
-Til at indeholde antiseptiske midler til desinfektion af hud eller slimhinder.
**Dersom der og på grund af deres design er de beregnet til at blive brugt:**
**Kander** -Til at holde opløsninger.
**Nyrebakker, kateterskåle og kateteriseringsbakker (bådform) -** Til at passe til menneskekroppen, er egnede til at opsamle kropsvæsker.
**Guidewiresår -** Til at forberede og midlertidigt opbevare en guidewire, mens den holdes på plads og hvdreres.
**Beholderforme** - Beholderformen, designet med en integreret afdækning, bruges til at forhindre overførsel af smitstoffer i en kirurgisk sammenhæng. Formen er beregnet til at passe til det indre af en rund beholder og inkluderer en afdækning, der dækker benene på procedurebordet. Derudover tjener det til at holde varme vandingsløsninger.
**Låg til kirurgiske skåle og beholdere:**
-Er et låg til dækning af kirurgiske skåle eller kar under transport, opbevaring eller bortskaffelse.
**Moderkagebeholdere:**
-Specifikt til midlertidig opbevaring af moderkage og/eller navlestreng til inspektion efter fødslen og til forberedelse af moderkagemembran, som derefter kan bruges i en sammenhæng som sårpleje.

**ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER**

-Ikke beregnet til brug til fremstilling af knoglecement.
-Inspicer det sterile barrieresystem før brug. Brug ikke enheden, hvis du konstaterer tegn på, at barrieren er blevet kompromiteret.
-Inspicer enheden, Brug ikke enheden, hvis du konstaterer tegn på forringelse eller følj, der kan kompromittere ydeevnen.
-Kontrollér visuelt for partikler før brug, og brug kun, hvis indholdet er klart.
-Til forberedelse af injektionsmateriale med filtermål. Vær opmærksom på at dåre-cefalose kan øge risikoen for fosterskævridning.
-Ved oftalmiske invasive procedurer skylles den kirurgiske beholder med steril opløsning før brug.
-Bortskaf i henhold til gældende love og/eller infektionsforebyggende standarder for sundhedsfaglig med henblik på at minimere den potentielle risiko for krydskontaminering, infektion eller forurening.

Foreksomsten af alvorlige hændelser forventes ikke ved brug af enheden, hvis den anvendes korrekt, men i henhold til forordning (EU) 2017/745 skal vi informere om, at alvorlige hændelser i forbindelse med brug af produktet skal indberettes til den kompetente myndighed i dit land.

**MÆRKNINGSSYMBOLER**

1)Sterilisert med ethylenoxid 2)Må ikke genbruges 3)Se brugsanvisningen 4)Producentens navn og adresse 5)Fremstillingsdato 6)Udløbsdato 7)Batchkode 8)Katalognummer 9)Medicinsk udstyr 10)Unik enhedsidentifikator 11)Forsigtig 12)Må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget 13)Må ikke gensteriliseres 14)Må ikke anvendes igen 15)Skal opbevares tørt 16)Skal beskyttes mod varme 17)Skal beskyttes mod sollys 18)Grænse for stabling (maksimalt antal) 19)Ikke fremstillet af naturgummilatex 20)Ikke fremstillet af DEHP-phthalater 21)Ikke fremstillet af naturgummilatex eller DEHP-phthalater

## ET Kirurgilised konteinerid

**SEADMETELE**

-Kirurgilised kausid;
-Kandikud (sisaldab neerukausse, kateetdarmskinsadikuid, laparoskoopia-endoskoopia kandikuid ja kandik-juhtetraadi kaus);
-Kausid (sh ümmargune-, platsenta- ja nelinurksed kausid);
-Valamukatted;
-Kannud;
-Kaaned (sh kirurgilise kausi kaaned ja valamukatted).

**TEAVE SEADME KOHTA**

Lai valik ühekordselt kasutatavaid kirurgilisi konteinereid, mis vastavad kõrgeimatele kvaliteedistandardijele.
Meditsiiniseadmena, mis on klassifitseeritud IIa klassi seadmeteks nende laialdaste heakskiidetud kasutusviiside tõttu, sealhulgas kasutamine invasiivsete protseduuride ajal.
Mõnedes viidetes on esitatud sobiv kaas ja liimid pindade külge ühendamiseks.
Tervishoiutöötajad peaksid valima sobiva võimsusega ja ergonoomilise disainiga seadme, mis vastab konkreetsele kasutusotstarbele.

**SIHTOTSTARVE JA NÄIDUSTUSED**

**Kirurgilised kausid, kandikud, kausid, valamukatted ja kannud:**
-Eluohtlike või kudede ajutiseks hoidmiseks.
-Muuhulgas selliste püsiseadme nagu kateetrid, drenaažitorud või siirdatavad seadmed loputamiseks või ettevalmistamiseks ning kirurgiliste sidemete leotamiseks.
-Sustimiseks mõeldud soolalahuse või kontrastainetega soolalahuse või heparin-lahuse hoidmiseks.
-loputamiseks mõeldud veepõhiste, soolalahuste hoidmiseks;
-Haava puhastamiseks mõeldud veepõhiste, soolalahuste või antiseptikumide hoidmiseks.
-Antiseptikumide hoidmiseks naha või limaskesta desinfitseerimiseks.
**Lisaks, ja ainult disaini tõttu on need ette nähtud järgmiseks kasutamiseks:**
**Kannud** - lahuste valamiseks.
**Neerukausse, kateetrikausse ja kateetrikandikuid (paadikujuline)**-sobivad inimkehale; on sobivad kehavedelike kogumiseks.
**Kandik-juhtetraadi kausi** - Juhtetraadi ettevalmistamiseks ja ajutiseks hoidmiseks, kuni see on vajalik kasutada.
**Valamukatted** - Integreeritud kättekihiga valamu vooderdusst kasutatakse seadme ümbritsemiseks ja kaitsmiseks operatsioonituat-sioonis. Rõngakujuline ava võimaldab seadme soovitud kujuga voodrisse juurde kuulub drapeering, mis katab rõngakujuline aluse jalad. Lisaks on see mõeldud niisutuslahuse hoidmiseks.
**Kirurgilise kausi kaaned ja valamukatted:**
-Kirurgiliste kausside suletud versiooni saavutamiseks transpordi, hoiustamise või kõrvaldamise ajal.
**Platsentakausid:**
-Spetsiaalselt platsenta ja/või nabanõõri ajutiseks hoidmiseks sünnituspiirkonnas tervishoitöötajate poolt pärast platsentamembraani ettevalmistamises, mida saab seejärel kasutada näiteks haavade hooldamisel.

**HOIATUSED JA ETTEVAATUSABINÕUD**

-Ei ole ette nähtud kuitsemendi valmistamiseks.
-Enne kasutamist kontrollige steriilbarjääri terviklikkust kahtluse korral ärge kasutage seadet, kui märkate, et pakend on katki või avatud.
-Kontrollige seadet enne kasutamist visuaalselt osakeste suhtes, kui avastate mis tahes märke kahjustusest või defektidest, mis võivad mõjutada toote toimivust.
-Enne kasutamist kontrollige visuaalselt, kas selles on osakesi, ja kasutage seda ainult siis, kui see on selge.
-Sütitavate ainete valmistamiseks kasutage filtrinõela. Võtke teadmiseks, et ayatud konteinerid võivad suurendada saastumisohtu.
-Oftalmiliste invasiivsete protseduuride ajal loputage kirurgilist konteinerit enne kasutamist steriilse lahusega.
-Vedelad kasutatud seadmed tuleb kõrvaldada jäätele poolt.
-Uuesti mitte kasutada. Toode on ette nähtud ühekordseks kasutamiseks, et vältida saastumisriski, sh võimalikke infektsioone ja/või funktsionaalset kahjustust.
-Võimaliku saaste-, nakkus- ja reostusohu vältimiseks kõrvaldage tervishoiuläätmed looskõlas kehtivate õigusaktide ja/või nakkuste vältimise soovitustega.

Oige kasutamise korral ei esine seadme kasutamisel ohujuhtumeid, kuid vastavalt määrusele (EL) 2017/745 oleme kohustatud teavitama, et seadme kasutamisega seotud ohujuhtumitest tuleb teavitada tootjat ja vastutavat asutust liikmesriigis, kus kasutaja ja/või patsient on asutatud.

**MÄRGISTUSSÜMBOLID**

1)Ühekordselt kasutatav 2)Mitte resterilisida 3)Vaadake kasutusjuhendit 4)Tootja nimi ja aadress 5)Tootmiskuupäev 6)Kõlblikkusaeg 7)Partii kood 8)Kataloginumber 9)Meditsiiniseade 10)Ainulaadne seadme identifikaator 11)Ettevaatust 12)Ärge kasutage, kui pakend on kahjustatud 13)Ärge resterilisige 14)Ärge kasutage uuesti 15)Tuleb hoida kuivana 16)Tuleb hoida kuumuse eest 17)Tuleb hoida päikesevalguse eest 18)Virnastamise piirang (maksimaalne arv) 19)Ei ole valmistatud looduslikust kummilateksist 20)Ei ole valmistatud DEHP-ftalaatidest 21)Ei ole valmistatud looduslikust kummilateksist ega DEHP-ftalaatidest

## FI Kirurgiset säiliöt

**LAITTEET**

-Kirurgiset astiat;
-Alustat (sisältävät kaarimaljat, kateterointiarvikkeiden alustat, laparoskopia- ja endoskopiatarjottimet sekä alustat ohjaimiselle ja kanyloille);
-Vadit (sisältävät rengasvadit, istuvakkavadit ja suorakulmaiset vadit);
-Instrumenttiastian suojalinat;
-Nestekannut;
-Kannet (sisältävät kirurgisten astioiden ja vatien kannet).

**LAITTEEN TIEDOT**

Laaja valikoima kertakäyttöistä kirurgisia säiliöitä täyttää korkeimmat laatuvaatimukset.
Lääkinnällisiä laitteet, jotka on luokiteltu luokan IIa laitteiksi niiden laajojen hyväksyttyjen käyttöalueiden vuoksi, mukaan lukien käyttö invasiivisten toimenpiteiden aikana.
Joissakin referenssissä esitellään sopiva kansi sekä liimoja pintoihin kiinnittämistä varten.
Terveydenhuollon ammattilaisten tulisi valita laite, jonka kapasiteetti on sopiva ja joka on suunniteltu ja joka soveltuu käyttötarkoituksessa.

**KÄYTTÖTARKOITUS JA INDIKAATIOT**

**Kirurgiset astiat, alustat, vadit, instrumenttiastioiden suojalinat ja kannut:**
-Elinten tai kudosten säilyttämiseen tilapäisesti;
-Lääkinnällisten laitteiden, kuten katetrien, säilyttämiseen tai loparoin lääkinnällisillä liuoksilla.
-Säilytetään injektionesteisiä tarkoitettua suoraliuosta tai suoraliuosta, jossa on kontrastiainetta tai heparinia.
-Veseen/kuten suoraliuosten säilyttämiseen nesteytystä varten;
-Vesipitoisten suolaliuosten tai antisepstisten liuosten säilyttämiseen haavan puhdistusta varten.
-Antiseptisten liuosten säilyttämiseen ihon tai limakalvojen desinfiointia varten.
**Lisäksi ja niiden rakenteen vuoksi ne on tarkoitettu käytettäviksi:**
**Nierukausse, katetrikausse ja kateterikandikuid (paadikujuline)**-sobivad inimkehale; on sobivad kehavedelike kogumiseks.
**Kandik-juhtetraadi kausi** - Juhtetraadi ettevalmistamiseks ja ajutiseks hoidmiseks, kuni see on vajalik kasutada.
**Valamukatted** - Integreeritud kättekihiga valamu vooderdusst kasutatakse ümbritsemiseks ja kaitsmiseks operatsioonituat-sioonis. Rõngakujuline ava võimaldab seadme soovitud kujuga voodrisse juurde kuulub drapeering, mis katab rõngakujuline aluse jalad. Lisaks on see mõeldud niisutuslahuse hoidmiseks.
**Kirurgilise kausi kaaned ja valamukatted:**
-Kirurgiliste kausside suletud versiooni saavutamiseks transpordi, hoiustamise või kõrvaldamise ajal.
**Platsentakausid:**
-Spetsiaalselt platsenta ja/või nabanõõri ajutiseks hoidmiseks sünnituspiirkonnas tervishoitöötajate poolt pärast platsentamembraani ettevalmistamises, mida saab seejärel kasutada näiteks haavade hooldamisel.

**VAROITUKSET JA VAROTOIMET**

-Ei ole tarkoitettu luusementin valmistukseen.
-Tarkista steriilisuusesteen ehjänäisyys ennen käyttöä. Älä käytä laitetta, jos havaitset pakkauksen ehjeydessä vaurioita.
-Tarkista ilmiselvien hiukkasmäärien varalta ennen käyttöä. Normaalit määrät hiukkasia turmeltumattomasta tai vaurioista, jotka voivat vaikuttaa suoritukseykyyn.
-Tarkista ennen käyttöä silmämääräisesti hiukkasten varalta ja käytä vain, jos sisältö on kirkas.
-Injektionesteiden valmistukseen käytetään suodatinneulaa. Huomaa, että avoimet säiliöt voivat lisätä kontaminaation riskiä.
-Huuhtele leikkaussäiliö steriilillä liuoksella ennen käyttöä, kun kyseessä on sijmään sohdistuva invasiivinen toimenpide.
-Tarkista tarkoituksenmukaisuus ja käyttöajanjakso ennen käyttöä. Älä käytä uudelleen. Tarkoitettu ainoastaan kertakäyttöiseksi, jotta tartunnasta, sairaudesta tai ristiinsaastumisesta johtuvista, ja toiminnallista vaurioista johtuvat riskit voidaan välttää.
-Hävitä voimassaolevan lainsäädännön ja/tai terveydenhuollon jätteitä koskevien määräysten mukaisesti ympäristön ja terveyden suojelemiseksi infektioita ja saastumista.

Vakavien haittatapahtumien esiintyminen ei ole odotettavissa, kun laitetta käytetään asianmukaisesti ja ohjeiden mukaisesti (EU) 2017/745 mukaisesti meidän on ilmoitettava, että laitteen käyttöön liittyvistä vakavista tilanteista, joihin liittyy hengenvaara tai terveyden vaarantuminen, mukaan lukien palvelun tai toiminnon riikkeisen, kohdistuva pysyvä haitta, on ilmoitettava Bastos Viegasille tai oman maasi toimivaltaiselle viranomaiselle.

**MERKINTÄSYMBOLIT**

1)Yhdistyneen kuningaskunnan valtuutettu edustaja 2)Paperi (paikkausmateriaalin pakkausmateriaali) 3)Avausalue 4)Ei kuivamerkintä

## RO Recipiente chirurgicale

**DISPOZITIVE**

-Boluri chirurgicale;
-Tăvi (inclusiv tăvi renale, tăvi de cateterizare, tăvi pentru laparoscopie/endoscopie si tăvi cu bol cu fir de ghidaj);
-Chiuvete (include ligheane rotunde, ligheane pentru placentă si tăvite

dreptunghiulare);
-Recipiente pentru bazin;
-Lighene;
-Capace (include capace pentru boluri chirurgicale si capace pentru boluri).

**INFORMAȚII DISPOZITIV**

Gama amplă de recipiente chirurgicale din oțel inoxidabil respectă cele mai înalte standarde de calitate.
Dispozitivele medicale clasificate ca dispozitive medicale Clasa IIa datorită indicațiilor pentru care sunt destinate, inclusiv pentru utilizare, inclusiv utilizare în timpul procedurilor invazive.
Anumite referințe prezintă un capac corespunzător, precum și adezivi pentru fixarea pe o suprafață.
Profesioniștii din domeniul sănătății trebuie să selecteze un dispozitiv cu o capacitate adecvată și cu design corespunzător destinației de utilizare specifice.

**SCOP PROPUS SI INDICAȚII**

**Bolurile chirurgicale, tăvile, bazinele, acoperitoarele pentru bazin și recipientele de uz medical:**
-Pentru păstrarea temporară a organelor sau a țesuturilor;
-Pentru susținerea sau pregătirea dispozitivelor medicale precum cateterе cu solutii medicinale;
-Pentru păstrarea soluțiilor saline sau a soluției saline cu substanță de contrast sau heparină destinate pentru injectare.
-Pentru susținerea soluțiilor apoase, salină pentru irigare;
-Pentru susținerea soluțiilor apoase, salină sau antiseptice pentru curățarea plăgilor;
-Pentru susținerea antiseptice pentru dezinfectarea pielii sau a mucoasei.
**Tăvi renale, tăvi de cateterizare (formă de barcă) -** pentru adecvarea la corpul uman; sunt adecvate colectării de lichide corporale.
**Tăvi cu bol cu fir de ghidaj -** pentru prepararea si depozitarea temporară a firului de ghidaj, prin menținerea curbului in poziție si hidratarea acestuia.
**Acoperitoare bazin -** Acoperitoarele de bazin, concepută cu o perdea integrată, pentru a menține mediul chirurgical și recipientul lub basenw w tăcie transportu, przechowywania lub utylizacji.
**Basenw higieniczne**
-w szczególności do tymczasowego przechowywania łożyska i/lub popowiny w celu kontroli po urodzeniu oraz w celu przygotowania błony łożyskowej, która może później zostać wykorzystana do pielęgnacji ran.

**OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI**

-Nie przeznaczony do przygotowania cementu kostnego.
-Przed użyciem należy sprawdzić wzrokowo system bariery sterylnej. Nie używać wyrobu w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek naruszenia integralności opakowania.
-Sprawdzić wzrokowo wyrób. Nie używać wyrobu w przypadku wykrycia jakichkolwiek oznak wskazujących na pogorszenie jakości technicznego lub wad, które mogą negatywnie wpłynąć na jego działanie.
-Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt w celu sprawdzenia, czy nie zawiera on cząstek stałych. Należy używać go tylko wtedy, gdy zawartość jest klarowna.
-Do przygotowywania preparatów do wstrzykiwań należy używać igły z filtrem. Należy pamiętać, że otwarte pojemniki mogą zwiększać ryzyko zanieczyszczenia.
-Pojemniki przeznaczonych zabiegów okulistycznych przed użyciem pojemnik chirurgiczny należy przepłukać sterylnym roztworem. Produkt przeznaczony do używania wyłącznie przez pracowników opieki zdrowotnej.
-Nie używać ponownie. Produkt jest przeznaczony do jednorazowego użytku, aby zapobiec ryzyku zanieczyszczenia, w tym potencjalnym infekcjom i/lub uszkodzeniom funkcjonalnym.
-Utylizować zgodnie ze stosownymi przepisami i/lub normami dotyczącymi postępowania z odpadami szpitalnymi lub odpadowe medycznych, aby zminimalizować potencjalne ryzyko skażenia, zakażenia lub zanieczyszczenia.

Nie oczekuje się wystąpienia poważnych incydentów związanych z użyciem wyrobu, jeśli jest one używany poprawnie, ale zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/745 konieczne jest poinformowanie użytkownika o fakcie, że powazne incydenty, które z użyciem wyrobu, mogą zagrażać życiu lub zdrowiu, w tym choroba lub trwałe uszkodzenie struktury ciała, muszą zostać zgłoszone firmie Bastos Viegas i właściwemu organowi w danym kraju.

**SYMBOLE NA ETYKIECIE**

1)Autoryzowany przedstawiciel w Wielkiej Brytanii 2)Papier (identyfikacja materiału do wypełniania) 3)Kierunek otwierania 4)Znak towarowy

## EL Χειρουργικά δοχεία

**ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ**

-Χειρουργικά μπολ;
-Δίσκοι (περιλαμβάνονται δίσκοι νεφρών, δίσκοι καθετηριασμού, δίσκοι λαπαροσκόπησης/ενδοσκόπησης και δίσκοι με μπολ οδηγού σύρματος);
-Λεκάνες (περιλαμβάνονται στρογγυλές λεκάνες, λεκάνες συλλογής πλακούντα και ορθογώνιες λεκάνες);
-Λάκκοι επένδυσης λεκάνης;
-Καπάκια (περιλαμβάνονται καπάκια χειρουργικού μπολ και καπάκια λεκάνης).

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ**

Μεγάλη γκάμα χειρουργικών δοχείων μιας χρήσης που συμμορφώνονται με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας.
Ιατροτεχνολογικά προϊόντα που ταξινομούνται ως υλικά επίδεσμος λόγω του μεγάλου εύρους εγκεκριμένων ενδείξεων χρήσης τους, συμπεριλαμβανομένης κάτω από ορισμένες συνθήκες της χρήσης κατά τη διάρκεια επεμβατικών διαδικασιών.
Δίσκοι και κωδικοί ειμφανίζονται με κατάλληλο κατάκι, καθώς και με κόλλες για στερέωση σε επιφάνειες.
Οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να επιλέγουν την κατάλληλη συσκευή με επαρκή χωρητικότητα και σχεδίασμο.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ**

**Τα χειρουργικά μπολ, οι δίσκοι, οι λεκάνες, τα υλικά επένδυσης λεκάνης και οι καπάκες:**
-την προσωρινή τοποθέτηση οργάνων ή ιστών·
-την υποστήριξη ή την προετοιμασία ιατροτεχνολογικών προϊόντων, όπως καθετήρες και ιατρικά διαλύματα.
-Προορίζεται να χρησιμοποιούνται διαλυμα ή αλατούχο διάλυμα με σκιαγραφικά μέσα ή ηπαρίνη προς έγχυση.
-την τοποθέτηση υδατικών, αλατούχων διαλυμάτων έκπλυσης.
-την τοποθέτηση υδατικών, αλατούχων ή αντισηπτικών διαλυμάτων καθαρισμού τραύματος.
-την τοποθέτηση αντισηπτικών για την απολύμανση δέρματος ή βλεννογόνου.
**Επιπλέον, λόγω του σχεδιασμού τους, προορίζονται επίσης για:**
**Κάνουλες** - για την εξυπηρέτηση υγρών.
**Δίσκοι νεφρών, δίσκοι καθετηριασμού (σχήμα βάρκας)**- την προσαρμογή τους στο ανθρώπινο σωμα για την απροσκοπτη συλλογή των σωματικών υγρών.
**Δίσκοι με μπολ οδηγού σύρματος -** την προετοιμασία και προσωρινή τοποθέτηση και διεπιφροη του οδηγού σύρματος.
**Άλλα πλαστικά είδη για χρήση στον ασθενή:**
-Α σαβέστατη ασφάλεια και χρησιμοποιείται για την παρεμπόδιση μολύνσεων.
**Placenta tartaloom** - Specifikuan, a mēhlepény és/vagy köldökzsinór ideiglenes tárolása vizsgálat céljából szülés után és a méhlepényi membrán előkészítése céljából, amely utóbb például sebtapaszként használható.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ**

-Δεν προορίζεται για χρήση στην παρασκευή οστικού ταμέτου.
-Πριν από χρήση, ελέγξτε οπτικά το αποστειρωμένο φράγμα. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν διαπιστώσετε τη φραγή ή την παραβίαση της ακεραιότητάς της συσκευασίας.
-Επιθεωρήστε οπτικά για σωματίδια. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν εντοπίσετε σημάδια φθοράς ή ελαττωμάτα που μπορεί να υποβαθμίσουν τις επιδόσεις του προϊόντος.
-Πριν από τη χρήση, ελέγξτε οπτικά για σωματίδια και χρησιμοποιήστε μόνο εάν το διάλυμα είναι διαυγές.
-Η χρήση αυτού του προϊόντος για χρησιμοποιεί βελόνα με φίλτρο. Επισημαίνεται ότι τα ανοικτά δοχεία μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο μόλυνσης.
-Για επεμβατικές οφθαλμικές επεμβάσεις, ξεπλύνετε το χειρουργικό δοχείο με στειρο διάλυμα πριν από τη χρήση.
-Προβλεπόμενη χρήση αποκλειστικά από επαγγελματίες υγείας.
-Να μην επαναχρησιμοποιείτε ποτέ. Προοριζεται για μία μόνο χρήση προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος επιμόλυνσης, συμπεριλαμβανομένων πιθανών λοιμώξεων και/ή λειτουργικής βλάβης.
-Απορρίψτε σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις για τα ιατρικά απόβλητα προκειμένου να μειωθούν οι κίνδυνοι για την υγεία, συμπεριλαμβανομένης φθοράς ή μόλυνης βλάβης λόγω του ομαλού τρόπου να εκκαθαριστούν στη Bastos Viegá και στην αρμόδια αρχή της χώρας σας.

**ΣΥΜΒΟΛΑ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ**

1)Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου 2)Χαρτί (αναγνώριση υλικού συσκευασίας) 3)Κατεύθυνση ανοίγματος 4)Εμπορικό σήμα

## SK Chirurgické nádoby

**POMÔCKY**

-Chirurgické misky;
-Podnosy (zahŕňajú emitné misky, katetrizačné podnosy laparoskopické/endoskopické podnosy a podnosy s miskou na zavádzací drôt);
-Misky (zahŕňajú okrúhle lavory, lavory na placentu a obdĺžnikové misky);
-Výstelky pre misky;
-Obväzy;
-Vrchnáky (zahŕňajú vrchnáky na chirurgické misky a vrchnáky na misky).

**INFORMÁCIE O POMÔCKE**

Široká škála jednorazových chirurgických nádob spĺňa najvyššie normy kvality.
Zdravotnícke pomôcky klasifikované ako pomôcky triedy IIa vzhľadom na ich širokú schválené indikácie na použitie vrátane použitia počas invazívnych zákrokov.
V niektorých odkazoch sa uvádza vhodný vrchnák, ako aj lepidlá na pripevnenie k povrchu.
Zdravotnícki pracovníci by mali vybrať pomôcku s vhodnou kapacitou a dizajnom, vhodnú na konkrétny zamýšľaný účel.

**ÚČEL URČENIA A INDIKÁCIE**

**Chirurgické misky, podnosy, misky, výstelky pre misky a džbány:**
-Dočasné uchovávanie orgánov alebo tkanív.
-Uchovávanie alebo prípravu zdravotníckych pomôcok, ako sú katétre s mediciskými roztokmi;
-Na uchovávanie fyziologického roztoku alebo fyziologického roztoku s kontrastnou látkou alebo heparínu určeného na injekciu.
-Uchovávanie fyziologických vodných roztokov na vyplachovanie;
-Uchovávanie fyziologických alebo antiseptických vodných roztokov na čistenie rán;
-Uchovávanie antiseptík na dezinfekciu kože alebo sliznic.
**Okrúhly tanier na umývadlo na uchovávanie a prípravu:** -Na uchovávanie telesných tekutín.
**Podnosy s miskou na zavádzací drôt -** Príprava a dočasné uloženie vodiaceho drôtu, na jeho ochovávanie na mieste a hydratovanie.
**Misky, kaptrizačné podnosy (tvar lode) -** Prispôsobené ľudskému telu, sú primerni na zachytávanie telesných tekutín.
**Podnosy s miskou na zavádzací drôt -** Príprava a dočasné uloženie vodiaceho drôtu, na jeho uchovávanie na mieste a hydratovanie.
**Misky, misky na placentu -** Na použitie v pôrodnej sále na zachytávanie telesných tekutín, ktoré by mohla negatívne ovplyvniť jej funkčnosť.
-Pred použitím skontrolujte sterilitu, či neobsahujú pevné častice, a použite ich len vtedy, ak sú prázdne.
-Na prípravu injekcií použite filtračnú ihlu. Dbajte na to, že otvorené nádoby môžu viesť k riziku kontaminácie.
-V prípade použitia na oftalmické invazívne zákroky chirurgickú nádobu najprv vypláchnite sterilným roztokom.
-Pomôcka určená len na použitie jedným zdravotníckym pracovníkom.
-Výrobok nepoužívajte opakovane. Určené na jednorazové použitie, aby sa zabránilo riziku kontaminácie vrátane možných infekcií a/alebo porúch funkcie.
-Pomôcku zlikvidujte v súlade s príslušnými právnymi predpismi a/alebo opatreniami proti šíreniu infekcií pre zdravotnícky odpad. Minimalizujete tak potenciálne riziko kontaminácie, infekcie alebo znečistenia.

Aparitia unor incidente grave nu este de asteptat cu utilizarea dispozitivului dacă este utilizată corect, dar conform Regulamentului (UE) 2017/745 trebuie să informăm că incidentele grave legate de utilizarea dispozitivului, care pun viața în pericol sau compromit sănătatea, inclusiv boala sau afectarea permanentă a unei structuri corporale, trebuie notificate către Bastos Viegas și Autoritatea competentă din țara dumneavoastră.

**SIMBOLE PE ETICHETĂ**

1)Reprezentant autorizat al Regatului Unit 2)Hârtie (identificarea ambalajului) 3)Direcție de deschidere 4)Marca comercială

## HU Sebészeti tartályok

**ESZKÖZÖK**

-Sebészeti tálak;
-Talcák (ideértve vesetálak, katéterező talcák, laparoszkópiai/endoszkópiai talcák és vezetődrót tálas talcák);
-Tartályok (ideértve kerek tartályok, lapos tartályokat és téglalap alakú tartályokat);
-Mosdatótál-takarók;
-Hézagok;
-Fedelek (ideértve sebészeti tál fedelek és tartályfedelek).

**ESZKÖZADATOK**

A legmagasabb karbantartási szakaszokban megfelelő, egyszeri használatú sebészeti tartályok széles skálája.
A 2017/745/EU rendelet szerinti felhasználás miatt II. osztályba sorolt, beleértve a invaziv eljárások során használt orvostechnikai eszközöket is.
Egyes referenciák megfelelő fedéllel, valamint ragasztóanyaggal rögzítésekre is példákat adnak arra, hogy rögzítsék.
Az egészségügyi szakembereknek a célnak megfelelő kapacitású és tervezésű eszközt kell választaniuk.

**RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT ÉS INDIKÁCIÓK**

**A sebészeti talák, talákat, tartályok, mosdatótál-takarók és kancsók:**
-Szervek vagy szövetek ideiglenes tárolása;
-Orvostechnikai eszközök, mint például a katéterek tárolása vagy előkészítése orvosi oldatokkal.
-Beinjektálásra szánt sóoldat, illetve kontrasztanyagot vagy heparint tartalmazó sóoldat tartására.
-Vizes, sós hatóanyagú oldatok tárolására.
-Vizes, sós vagy fertőtlenítő oldatok tárolása sebek tisztításához;
-Bőr vagy nyálkahártya fertőtlenítéséhez használt fertőtlenítő oldat tárolását.
**Ugyanakkor, tervezésükből adódóan, a tervezett felhasználás:**
**Kancsók -** Oldatok kiöntésére.
**Vesetálak, katéterező talcák (csónak forma) -** Az emberi testhez való illeszkedés, testfolyadékok gyűjtésére alkalmas.
**Vezetődrót tálas talcák -** A vezetődrót előkészítése és ideiglenes tárolása, helyben és hidratált állapotban tartva.
**Mosdatótál-takarók -** Az előre összeállított tervezett mosdatótál-takarót sebészeti környezetben használják a fertőző ágensek átvitelének megakadályozására. A kerek tál belsejéhez igazodó formája segíti az ellátást végző személyzet, illetve a páciens általi tálkát használ. Ezenkívül meleg öblítőoldatok tárolására is szolgál.
**Sebészeti tál fedelek és tartályfedelek:**
-A sebészeti eszközök és a tartályok zárt vertziójának megszerzése, szállítás, tárolás vagy ártalmatlanítás céljából.
**Placenta tartályok:**
-Specifikuan, a méhlepény és/vagy köldökzsinór ideiglenes tárolása vizsgálat céljából szülés után és a méhlepényi membrán előkészítése céljából, amely utóbb például sebtapaszként használható.

**FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK**

-Csontcement készítésére nem alkalmas.
-Használat előtt ellenőrizze sterilbarrier integritását a steril barrierrendszert. Ha a csomagolás épségének bármilyen sérülését észleli, ne használja az eszközt.
-Szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy az eszközt. Ne használja az eszközt, ha bármilyen, annak teljesítményét esetleg veszélyeztető állagromlás vagy hiba jelét észleli.
-Használat előtt szemrevételezéssel ellenőrizze részecskék jelenlétét, csak vizuális károsodást ha a tartalom tiszta.
-Az injekciós készítmények előkészítéséhez használjon szűrőtűt. Legyen tudatában annak, hogy a nyitott tárolók növelik a szennyeződés veszélyét.
-Szemészeti invazív eljárások előkészítéséhez, használat előtt öblítse át a sebészeti tartályt steril oldattal.
-Kizárólag egészségügyi szakemberek általi használatra tervezve.
-Ne használja fel újra. Egyszeri használatra tervezték a szennyeződés kockázatának megelőzése érdekében, beleértve a lehetséges fertőzéseket és/vagy a funkcionális károsodást.
-Ártalmatlanítás a helyileg vonatkozó jogszabályoknak és/vagy az egészségügyi hulladékra vonatkozó fertőzésmegelőzési előírásoknak megfelelően, hogy minimalizálják a szennyeződés, fertőzés vagy környezetszennyezés lehetőségét.

Az egyéb használatával komoly események bekövetkezése nem várható el, azonban az (EU) 2017/745 rendelet szerint tájékoztatnunk kell, hogy az eszköz használatával összefüggésben bekövetkezett bármely súlyos eseményről kell jelentést tennie a gyártónak és/vagy az egészséget, befolyásoló a betegnél vagy valamely testrész maradandó károsodását, életveszélyt kell a Bastos Viegas-nak és az Ön országának illetékes hatóságának.

**ÉRTHETŐSÉGI SZIMBÓLUMOK**

1)Képviselő 2)Papír (a csomagolóanyag megnevezése) 3)Felnyitási irány 4)Vedjegy

## LV Trauks medicīnas vajadzībām

**IERĪCĒM**

-Blodinas medicīnas vajadzībām;
-Paplātes (ietver nieru paplātes, katetrizācijas paplātes, laparoskopijas/endoskopijas paplātes un paplātes ar vadāmstīgas bloku);
-Medicīniskās mazgātnes (ietver operāciju zāles blodas, placentas paplātes un taisnstūrveida tvertnes);
-Medicīniskās mazgātnes pārklāji;
-Mērtrauki;
-Vāki (ietver trauka; medicīnas vajadzībām vākus un medicīniskās mazgātnes vākus).

**IERĪCES INFORMĀCIJA**

Plaša diapazona vienreizējās lietošanas trauki medicīnas vajadzībām atbilst augstākās kvalitātes standartiem.
Medicīnas ierīcēm klasificētas kā IIa. klases ierīcēm, pateicoties to plaši apspriestajām lietošanas indikācijām, ieskaitot invazīvās procedūras.
Dažās atsaucēs ir norādīts piemērots vāks, kā arī līmvielas fiksācijai pie virsmām.
Veselības aprūpes speciālistiem ir jāizvēlas ierīce piemērotu ietilpību un dizainu, kas ir piemērota konkrētajam paredzētajam mērķim.

**PAREDZĒTAIS NOLŪKS UN INDIKĀCIJAS**

**Blodas medicīnas vajadzībām, paplātes, medicīniskās mazgātnes, medicīnisko mazgātņu pārklāji un mērtrauki:**
-Lai lāsiciģi turētu orgānus vai audus;
-Lai turētu vai sagatavotu medicīnas ierīces, piemēram katetrus ar medicīnas šķīdumiem;
-Lai uzglabātu sāls šķīdumu vai sāls šķīdumu ar kontrastvielu vai heparīnu, kas paredzēts injekcijām.
-Lai turētu ūdeni, sāls šķīdumus apūdeņošanai;
-Lai turētu ūdeni, sāls vai antiseptiskus šķīdumus brūces tīrīšanai;
-Lai turētu antiseptiskus līdzekļus ādas vai gļotādas dezinfekcijai.
**-Turklāt to konstrukcijas dēļ tās ir paredzētas izmantot:**
**Mērt