# Surgical containers

# Recipientes cirúrgicos

FR Conteneurs à usage chirurgical
DE OP-Behälter
NL Chirurgische containers
IT Contenitori chirurgici
ES Contenedores quirúrgico
SV Kirurgiska behållare
BG Хирургични контейнери
HR Kirurški spremnici
CS Chirurgické nádoby
DA Kirurgiske beholdere
ET Kirurgilised konteinerid
FI Kirurgiset säiliöt
EL Χειρουργικά δοχεία
HU Sebészeti tartályok
LV Trauks medicīnas vajadzībām
LT Chirurginė tara
PL Pojemniki chirurgiczne
RO Recipiente chirurgicale
SK Chirurgické nádoby
SL Kirurške posode
NO Kirurgiske beholdere

UKRP 1)
22 PAP 2)
3)
ZILLION 4)
STERILE EO
CE1639

https://www.bastosviegas.com/downloads/ifu/IFU551999115.pdf


**Bastos Viegas,s.a.**
Avenida da Fábrica, 298, 4560-164 Guilhufe, Penafiel- Portugal
Tel.: 255 729 500 - geral@bastosviegas.com
www.bastosviegas.com


IFU551999115. Rev. 5 (28-11-2025)

## EN Surgical containers

### DEVICES

-Surgical bowls;
-Trays (includes kidney trays and laparoscopy/endoscopy trays)
-Basins (includes ring basins, placenta basins and rectangular basins);
-Pitchers;
-Lids (includes surgical bowl lids and basin lids).

### DEVICE INFORMATION

Wide-range of single-use surgical containers comply with the highest quality standards.
Medical devices classified as Class IIa devices due to their broad approved indications for use, including use during invasive procedures. Some containers present an appropriate lid as well as adhesives for fixation to surfaces.
Healthcare professionals should select a device with a suitable capacity and design appropriate for the intended purpose.

### INTENDED PURPOSE AND INDICATIONS

**Surgical bowls, trays, basins and pitchers:**
-To temporarily hold organs or tissues;
-To hold or for preparation of medical devices such as catheters with medicinal solutions.
-To hold medicinal solutions—such as saline, contrast media, heparin, anesthetics (e.g., ropivacaine), or analgesics (e.g., sufentanil)—for injection, preparation, mixing, or dilution.
-To hold aqueous, saline solutions for irrigation.
-To hold aqueous, saline or antiseptics solutions for wound cleansing.
-To hold antiseptics for disinfection of skin or mucosa.
**Additionally, and due to their design, are intended to be used:**
**Pitchers -** to pour solutions.
**Kidney trays -** to fit the human body; are adequate to collect body fluids.
**Surgical bowl lids and Basin lids:**
-To obtain the closed version of surgical bowls or basins during transport, storage or disposal.
**Placenta basins:**
-Specifically to temporarily hold placenta and/or umbilical cord for inspection after birth and for preparation of placental membrane which can after be used in a cosmetic or medical product.

### WARNINGS AND PRECAUTIONS

-Not intended to be used for preparation of bone cement.
-Visually inspect the sterile barrier system prior to use. Do not use the device if you detect any breach in packaging integrity.
-Visually inspect the device. Do not use the device if you detect any sign of deterioration or defect that may compromise the performance.
-Before use, check visually for particulate matter and use only if the contents are clear.
-For the preparation of injectables use of a filter needle. Be aware that open containers can be a risk for contamination.
-For ophthalmic invasive procedures, flush the surgical container with sterile solution before use.
-Intended for use by professionally by healthcare professionals.
-Do not re-use. Intended to be used one single time to prevent risks from contamination, including possible infections, and/or functional damage.
-Dispose according to applicable legislation and/or infection prevention standards for healthcare waste, to minimize potential risk of contamination, infection or pollution.

The occurrence of serious incidents is not expected with the use of the device if used correctly, but according to Regulation (EU) 2017/745 we must inform that serious incidents related with the use of the device, that are life-threatening or compromise health, including illness or permanent impairment of a body structure, must be notified to Bastos Viegas and to the Competent Authority of your Country.

### LABELLING SYMBOLS

1)United Kingdom authorized representative 2)Paper (identification of packaging material) 3)Opening direction 4)Trademark

## PT Recipientes cirúrgicos

### DISPOSITIVOS

-Recipientes cirúrgicos;
-Tabuleiros (inclui tabuleiros reniformes e tabuleiros de laparoscopia/endoscopia);
-Recipientes (inclui recipientes redondos, recipientes de placenta e recipientes retangulares);
-Jarros;
-Tampas (inclui tampas de recipientes cirúrgicos e tampas de recipientes).

### INFORMAÇÕES SOBRE OS DISPOSITIVOS

Vasta gama de recipientes cirúrgicos de uso único, que cumprem com as mais elevadas normas de qualidade.
Classificados como dispositivos médicos de classe IIa devido à ampla extensão de indicações para utilização previstas, incluindo a utilização durante procedimentos invasivos.
Algumas referências apresentam uma tampa, bem como adesivos para fixação às superfícies.
Os profissionais de saúde devem selecionar um dispositivo com capacidade e formato adequados à finalidade prevista.

### FINALIDADE PREVISTA E INDICAÇÕES

**Recipientes cirúrgicos, tabuleiros, recipientes e jarros:**
-Para acondicionar temporariamente órgãos ou tecidos.
-Para acondicionar ou preparar dispositivos médicos tais como catéteres com soluções medicinais.
-Para acondicionar soluções medicamentosas – tais como soluções salinas, soluções de contraste, heparina, anestésicos (e.g., ropivacaína), ou analgésicos (e.g., sufentanilo) – para injeção, preparação, mistura ou diluição.
-Para acondicionar soluções salinas aquosas para irrigação.
-Para acondicionar soluções salinas aquosas ou soluções antissépticas para limpeza de feridas.
-Para acondicionar soluções antissépticas para desinfeção da pele ou mucosa.
**Adicionalmente, e devido ao seu design, destinam-se a ser utilizados:**
**Jarros -** para verter soluções.
**Tabuleiros reniformes -** para encaixar no corpo; são adequados para recolher fluidos corporais.
**Tampas de recipientes cirúrgicos e tampas de recipientes:**
-Para obter a versão fechada dos recipientes cirúrgicos ou dos recipientes durante o transporte, armazenamento ou descarte.
**Recipientes de placenta:**
-Especificamente para acondicionar temporariamente placenta e/ou cordão umbilical para inspeção após o parto e para preparação de membrana da placenta, que pode depois ser usada num contexto de tratamento de feridas.

### ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

-Não indicado para a preparação de cimento ósseo.
-Inspecione visualmente a barreira estéril antes da utilização. Não utilize o dispositivo se detetar qualquer falha na integridade da embalagem.
-Inspecione visualmente o dispositivo. Não utilize se detetar qualquer sinal de deterioração ou defeitos que possam comprometer o desempenho.
-Antes da utilização, verificar visualmente a existência de partículas e utilizar apenas se o conteúdo for límpido.
-Para preparação de injetáveis utilizar uma agulha com filtro. Alertamos que os recipientes abertos podem aumentar o risco de contaminação.
-Para procedimentos invasivos oftálmicos, irrigar o recipiente cirúrgico com solução estéril antes de utilizar.
-Destina-se a ser utilizado exclusivamente por profissionais de saúde
-Não reutilizar. Destina-se a uma única utilização de modo a evitar os riscos decorrentes da sua contaminação, incluindo possíveis infeções, e/ou de danos funcionais.
-Descartar de acordo com a legislação e/ou normas de prevenção de infeções aplicáveis para resíduos hospitalares, para minimizar possíveis riscos de contaminação, infeções ou poluição.

Embora não seja previsível a ocorrência de qualquer incidente grave na utilização do dispositivo se utilizado corretamente, de acordo com o Regulamento (UE) 2017/745 devemos informar que a ocorrência de incidentes graves decorrentes da utilização do artigo, que colocam em risco a vida ou deteriorem a saúde, incluindo doença ou dano corporal permanente, devem ser comunicados a Bastos Viegas e à Autoridade Competente do seu País.

### SÍMBOLOS DE ROTULAGEM

1)Representante autorizado do Reino Unido 2)Papel (identificação do material de embalagem) 3)Direção de abertura 4)Marca registada

## FR Conteneurs à usage chirurgical

### DISPOSITIFS

-Cupules chirurgicales;
-Plateaux (inclut les plateaux réniformes et les plateaux de laparoscopie-endoscopie);
-Bassins (inclut les bassins ronds, les bassins de placenta et les bassins rectangulaires);
-Cruches;
-Couvercles (inclut les couvercles de cupule chirurgicale et les couvercles pour bassin).

### INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF

Large gamme de conteneurs à usage chirurgical unique conformes aux normes de qualité les plus strictes.
Dispositifs médicaux appartenant à la Classe IIa du fait de leurs larges indications d'utilisation approuvées, y compris lors de procédures invasives. Certaines références entreprennent un couvercle approprié ainsi que d'adhésifs pour la fixation aux surfaces.
Les professionnels de la santé doivent choisir un dispositif ayant une capacité appropriée et un design adaptés à l'usage spécifique prévu.

### DESTINATION ET INDICATIONS

**Les cupules chirurgicales, les plateaux, les bassins et les cruches :**
-Maintenir temporairement des organes ou des tissus;
-Contenir ou préparer des dispositifs médicaux tels que des cathéters avec des solutions médicamenteuses;
-Destiné à contenir des solutions médicinales, telles que des solutions salines, des produits de contraste, de l'héparine, des anesthésiques (par exemple, la ropivacaïne) ou des analgésiques (par exemple, le sufentanil), pour injection, préparation, mélange ou dilution.
-Contenir des solutions aqueuses, salines ou antiseptiques pour l'irrigation.
-Contenir des solutions aqueuses, salines ou antiseptiques pour le nettoyage de plaies;
-Contenir des antiseptiques destinés à la désinfection de la peau ou des muqueuses.
**En outre, et en raison de leur design, ils sont destinés à être utilisés pour:**
**Cruches**-verser des solutions.
**Plateaux réniformes -** S'adapter au corps humain ; ils sont adéquats pour recueillir les fluides corporels.
**Couvercles de cupule chirurgicale et les couvercles pour bassin:**
-Obtenir la version fermée des cupules ou des bassins chirurgicaux pendant le transport, le stockage ou l'élimination.
**Bassins de placenta:**
-Destinés spécifiquement à maintenir temporairement le placenta et/ou le cordon ombilical en vue d'un examen après la naissance et de la préparation de la membrane placentaire qui peut ensuite être utilisée dans un contexte tel que le soin des plaies.

### MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

-Incompatible avec la préparation de ciment osseux.
-Inspecter visuellement le système de barrière stérile avant toute utilisation. Ne pas utiliser le dispositif si vous détectez un défaut sur l'emballage.
-Inspecter visuellement le dispositif. Ne pas utiliser le dispositif si vous détectez un quelconque signe de détérioration ou de défaut susceptible de compromettre ses performances.
-Avant utilisation, vérifier visuellement la présence de particules et n'utiliser que si les contenus sont clairs.
-Pour la préparation des produits injectables, utilisez une aiguille filtre. Sachez que les récipients ouverts peuvent augmenter le risque de contamination.
-Pour les procédures invasives ophtalmiques, rincer le conteneur à usage chirurgical avec une solution stérile avant utilisation.
-Utilisation exclusivement réservée aux professionnels de la santé.
-Ne pas réutiliser. Prévu pour un usage unique afin d'éviter les risques de contamination, y compris les infections possibles, et/ou les dommages fonctionnels.
-Éliminer conformément aux lois en vigueur et/ou aux normes de prévention des infections pour les déchets liés aux soins de santé, afin de minimiser le potentiel risque de contamination, d'infection ou de pollution.

La survenue d'incidents graves n'est pas attendue avec l'utilisation du dispositif s'il est utilisé correctement, mais conformément au règlement (UE) 2017/745 nous devons informer que les incidents graves liés à l'utilisation de l'article, qui mettent la vie en danger ou compromettent la santé, y compris la maladie ou altération permanente d'une structure corporelle, doivent être notifiés à Bastos Viegas et à l'autorité compétente de votre pays.

### SYMBOLES D'ÉTIQUETAGE

1)Représentant agréé au Royaume-Uni 2)Notice d'information (identification du matériau d'emballage) 3)Sens d'ouverture 4)Marque déposée

## DE OP-Behälter

### PRODUKTE

-OP-Schalen;
-Schalen (einschließlich Nierenschalen und Laproskopie-/Endoskopietabletts);
-Behälter (einschließlich runder Behälter, Plazentaschalen und rechteckiger Behälter);
-Krüge;
-Deckel (einschließlich OP-Schalendeckel und Schalendeckel).

### INFORMATIONEN ÜBER DAS GERÄT

Die breite Palette an OP-Einwegbehältern entspricht den höchsten Qualitätsstandards.
Medizinprodukte, die aufgrund ihrer breiten zugelassenen Anwendungsindikationen, einschließlich der Verwendung bei invasiven Eingriffen, als Gerät der Klasse IIa eingestuft werden.
Einige Referenzen enthalten einen geeigneten Deckel sowie Klebstoffe für die Befestigung an Oberflächen.
Angehörige der Gesundheitsberufe sollten ein Gerät mit einem geeigneten Fassungsvermögen und einem Design auswählen das für den jeweiligen Verwendungszweck geeignet ist.

### ZWECKBESTIMMUNG UND INDIKATIONEN

**OP-Schalen, Tabletts, Becken und Krüge:**
-Zur vorübergehenden Aufnahme von Organen oder Geweben;
-Zur Aufnahme oder Vorbereitung von Medizinprodukten wie Kathetern mit medizinischen Lösungen.
-Vorgesehen zur Aufnahme von medizinischen Lösungen - wie Kochsalzlösung, Kontrastmittel, Heparin, Anästhetika (z. B: Ropivacain) oder Analgetika (z. B. Sufentanil) - zur Injektion, Zubereitung, Mischung oder Verdünnung.
-Zur Aufnahme von wässrigen, salzhaltigen Lösungen für die Spülung;
-Zur Aufnahme von wässrigen, salzhaltigen oder antiseptischen Lösungen zur Wundreinigung.
-Zur Aufnahme von Antiseptika für die Desinfektion von Haut oder Schleimhaut.
**Darüber hinaus sind sie aufgrund ihres Designs dazu bestimmt, verwendet zu werden:**
**Krüge**-zum Ausgießen von Lösungen.
**Nierenschalen** -zum Anpassen an den menschlichen Körper; sind geeignet, um Körperflüssigkeiten aufzufangen.
**OP-Schalendeckel und Schalendeckel:**
-Um die geschlossene Version von OP-Schalen oder Becken während des Transports, der Lagerung oder der Entsorgung zu erhalten.
**Plazentaschalen:**
-Speziell zur vorübergehenden Aufnahme der Plazenta und/oder der Nabelschnur zur Inspektion nach der Geburt und zur Vorbereitung der Plazentamembran, die anschließend z. B. in der Wundversorgung verwendet werden kann.

### WARNUNGEN UND VORSICHTSHINWEISE

-Nicht für die Zubereitung von Knochenzement bestimmt.
-Überprüfen Sie vor der Verwendung visuell das Sterilbarrieresystem. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie eine Verletzung der Verpackungsintegrität feststellen.
-Überprüfen Sie das Gerät visuell. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie Anzeichen einer Verschlechterung oder eines Defekts feststellen, der die Leistung beeinträchtigen könnte.
-Vor der Verwendung visuell auf Partikel prüfen und nur verwenden, wenn der Inhalt klar ist.
-Zur Vorbereitung von Injektionsmitteln ist die Verwendung einer Filterkanüle erforderlich. Beachten Sie, dass offene Behälter das Kontaminationsrisiko erhöhen können.
-Bei invasiven ophthalmischen Eingriffen ist der OP-Behälter vor der Verwendung mit steriler Lösung zu spülen.
-Ausschließlich für die Verwendung durch medizinisches Fachpersonal bestimmt.
-Nicht wiederverwenden. Nur zur einmaligen Verwendung bestimmt, um Risiken durch Kontamination, einschließlich möglicher Infektionen, und/oder Funktionsschäden zu vermeiden.
-Entsorgen Sie medizinische Abfälle gemäß den geltenden Rechtsvorschriften und/oder Standards zur Infektionsprävention, um das potenzielle Risiko einer Kontamination, Infektion oder Verschmutzung zu minimieren.

Gemäß der Verordnung (EU) 2017/745 müssen wir jedoch darauf hinweisen, dass schwerwiegende Zwischenfälle im Zusammenhang mit der Verwendung des Geräts, die lebensgefährlich sind oder die Gesundheit gefährden, einschließlich Krankheiten oder dauerhafter Beeinträchtigungen einer Körperstruktur, Bastos Viegas und der zuständigen Behörde Ihres Landes gemeldet werden müssen.

### KENNZEICHNUNGSSYMBOLE

1)Bevollmächtigter Vertreter des Vereinigten Königreichs 2)Papier (Kennzeichnung des Verpackungsmaterials) 3)Hier öffnen 4)Markenzeichen

## NL Chirurgische containers

### HULPMIDDELEN

-Chirurgische kommen;
-Dienbladen (waaronder nierbekkenschalen en laparoscopie/endoscopie dienblad);
-Bassins (waaronder ronde bassins, placenta trays en rechthoekige bakken);-Maatbekers;
-Deksels (waaronder deksels voor chirurgische kommen en deksels voor kommen).

### INFORMATIE OVER HET APPARAAT

Een breed assortiment chirurgische containers voor eenmalig gebruik die voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen.
Medische hulpmiddelen die zijn geclassificeerd als hulpmiddelen van klasse IIa vanwege hun brede, goedgekeurde toepassingsmogelijkheden, waaronder gebruik tijdens invasieve procedures.
Sommige referenties omvatten een geschikt deksel en hechtmiddelen voor bevestiging aan oppervlakken.
Gezondheidswerkers moeten een hulpmiddel kiezen met een geschikte capaciteit en met een ontwerp dat geschikt is voor het specifieke beoogde doel.

### BEOOGD DOELEINDE EN INDICATIES

**Chirurgische kommen, dienbladen, bassins en maatbekers:**
-Het tijdelijk bewaren van organen of weefsels;
-Om medische hulpmiddelen zoals katheters te bewaren of voor te bereiden met medicinale oplossingen;
-Bestemd voor het bewaren van medicinale oplossingen, zoals zoutoplossingen, contrastmiddelen, heparine, anesthetica (bijv. ropivacaïne) of analgetica (bijv. sufentanil) voor injectie, bereiding, menging of verdunning.
-Om waterige zoutoplossingen voor irrigatie in te bewaren;
-Om waterige, zoutoplossingen of antiseptische oplossingen voor wondreiniging in te bewaren;
-Om antiseptica voor desinfectie van huid of slijmvlies in te bewaren.
**Bovendien zijn ze door hun ontwerp bedoeld om te worden gebruikt:**
**Maatbekers-**Om oplossingen uit te gieten.
**Nierbekkenschalen -**Op het menselijk lichaam te passen; ze zijn geschikt om lichaamsvloeistoffen op te vangen.
**Deksels voor chirurgische kommen en deksels voor kommen:**
-Om chirurgische kommen of bassins af te sluiten tijdens transport, opslag of afvoer.
**Placenta trays:**
-Specifiek om placenta en/of navelstreng tijdelijk te bewaren voor inspectie na de geboorte en voor het prepareren van placentamembraan dat daarna, bijvoorbeeld tijdens wondverzorging, kan worden gebruikt.

### WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN

-Niet geschikt voor het prepareren van botcement.
-Inspecteer het steriele barrièresysteem visueel voor gebruik. Gebruik het apparaat niet als u een inbreuk op de integriteit van de verpakking ontdekt.
-Inspecteer visueel het apparaat. Gebruik het apparaat niet als u tekenen van verslechtering of defecten opmerkt die de prestaties in gevaar kunnen brengen.
-Vóór gebruik visueel controleren op deeltjes en alleen gebruiken als de inhoud helder is.
-Voor de bereiding van injectievloeistoffen met een filternaald. Houd er rekening mee dat open verpakkingen het risico op besmetting kunnen vergroten.
-Bij oftalmologische invasieve ingrepen moet de chirurgische container vóór gebruik worden doorgespoeld met een steriele oplossing.
-Uitsluitend bedoeld voor gebruik door professionals in de gezondheidszorg.
-Niet opnieuw gebruiken. Bedoeld voor eenmalig gebruik om risico's van besmetting, waaronder mogelijke infecties en/of functionele schade te voorkomen.
-Voer het afval af volgens de toepasselijke wetgeving en/of infectiepreventienormen voor afval uit de gezondheidszorg, om het potentiële risico op besmetting, infectie of vervuiling tot een minimum te beperken.

Het optreden van ernstige incidenten wordt niet verwacht bij het gebruik van het apparaat bij correct gebruik. Echter, volgens Verordening (EU) 2017/745 moeten wij u informeren dat ernstige incidenten met betrekking tot het gebruik van het apparaat, die levensbedreigend zijn of de gezondheid in gevaar brengen, waaronder ziekte of permanente aantasting van een lichaamsstructuur, moeten worden gemeld aan Bastos Viegas en aan de bevoegde autoriteit van uw land.

### SYMBOLEN OP HET ETIKET

1)Gemachtigde vertegenwoordiger van het Verenigd Koninkrijk 2)Papier (identificatie van verpakkingsmateriaal) 3)Openingsrichting 4)Handelsmerk

## IT Contenitori chirurgici

### DISPOSITIVI

-Vassoi chirurgici;
-Vassoi (compresi vaschette reniformi e vassoi per laparoscopia/endoscopia);
-Bacini (compresi bacini rotondi, vaschette per placenta e contenitori rettangolari);
-Brocche;
-Coperchi (compresi i coperchi dei vassoi chirurgici e i coperchi dei bacini).

### INFORMAZIONI SUL DISPOSITIVO

L'ampia gamma di contenitori chirurgici monouso è conforme ai più elevati standard di qualità.
Dispositivi medici classificati come dispositivi di Classe IIa a causa delle loro ampie indicazioni d'uso approvate, compreso l'uso durante procedure invasive.
Alcuni prodotti dispongono di coperchio appropriato e adesivi per il fissaggio alle superfici.
Gli operatori sanitari devono scegliere un dispositivo con una capacità adeguata e con un design appropriato per lo scopo specifico previsto.

### DESTINAZIONE D'USO E INDICAZIONI

**I vassoi, i bacini e le brocche per uso chirurgico:**
-Conservare temporariamente organi o tessuti;
-Conservare o preparare dispositivi medici come cateteri con soluzioni medicinali;
-Progettato per contenere soluzioni medicinali—quali saline, mezzi di contrasto, eparinate, anestetiche (e.g., ropivacaina), o analgesiche (e.g., sufentanil)—per iniezione, preparazione, mescolamento, o diluizione.
-Conservare soluzioni acquose e saline per l'irrigazione;
-Conservare soluzioni acquose e saline per la pulizia di ferite;
-Conservare antisettici per la disinfezione della cute o delle mucose.
**Inoltre, e a causa del loro design, devono essere usati:**
**Brocche -**Per versare le soluzioni.
**Vaschette reniformi** - Per adattarsi al corpo umano; sono adeguati per raccogliere i fluidi corporei.
**Coperchi dei vassoi chirurgici e i coperchi dei bacini:**
Per ottenere la versione chiusa del vassoio o bacino chirurgico durante il trasporto, lo stoccaggio o lo smaltimento.
**Vaschette per placenta:**
-Specificamente per conservare temporaneamente la placenta e/o il cordone ombelicale per l'ispezione dopo il parto e per la preparazione della membrana placentare, che può poi essere utilizzata in un contesto come la cura delle ferite.

### AVVERTENZE E PRECAUZIONI

-Non deve essere usato per la preparazione di cemento osseo.
-Ispezionare visivamente il sistema di barriera sterile prima dell'uso. Non usare il dispositivo se si rileva una qualsiasi violazione dell'integrità della confezione.
-Ispezionare visivamente il dispositivo. Non usare il dispositivo se si rilevano segni di deterioramento o difetti che ne possano compromettere le prestazioni.
-Prima dell'uso, controllare visivamente la presenza di particelle e utilizzare solo se il contenuto è chiaro.
-Per la preparazione di iniettabili, utilizzare un ago filtro. Si tenga presente che i contenitori aperti possono aumentare il rischio di contaminazione.
-Per le procedure invasive oftalmiche, lavare il contenitore chirurgico con soluzione sterile prima dell'uso.
-Deve essere usato solo da operatori sanitari.
-Non riutilizzare. Da utilizzare una sola volta per evitare rischi di contaminazione, incluse possibili infezioni, e/o danno funzionale.
-Smaltire secondo la normativa in vigore e/o gli standard di prevenzione delle infezioni per i rifiuti sanitari, per ridurre al minimo il rischio di contaminazione, infezione o inquinamento.

Non è previsto che si verifichino incidenti gravi con l'uso del dispositivo, se utilizzato in modo corretto, ma secondo il Regolamento (EU) 2017/745 dobbiamo informare che incidenti gravi connessi con l'uso di questo dispositivo, che mettano in pericolo la vita o compromettano la salute, comprese malattie o menomazioni permanenti di una struttura corporea, devono essere comunicati a Bastos Viegas e all autorità competente del vostro Paese.

### SIMBOLI DI ETICHETTATURA

1)Rappresentante autorizzato del Regno Unito 2)Carta (identificazione del materiale di imballaggio)3)Direzione di apertura 4)Marchio di fabbrica

## ES Contenedores quirúrgico

### PRODUCTOS

-Recipientes quirúrgicos;
-Bandejas (incluye bandejas riñoneras y bandejas para laparoscopia-endoscopia);
-Palanganas (incluye palanganas redondas, palanganas de placenta y palanganas rectangulares);
-Jarras medidoras;
-Tapas (incluye tapas de recipientes quirúrgicos y tapas de palanganas).

### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Amplia gama de contenedores quirúrgicos de un solo uso que respetan las normas de calidad más exigentes.
Equipos médicos de clase IIa por sus numerosas indicaciones de uso aprobadas, incluido el uso durante procedimientos invasivos.
Algunas referencias presentan una tapa adecuada, así como adhesivos para fijarlas a las superficies.
Los profesionales sanitarios deben seleccionar un equipo con una capacidad adecuada y con un diseño apropiado para el uso específico previsto.

### FINALIDAD PREVISTA E INDICACIONES

**Los recipientes quirúrgicos, las bandejas, las palanganas y las jarras medidoras:**
-Para sostener órganos o tejidos temporalmente;
-Para sostener o para preparar equipos médicos como catéteres con soluciones medicamentosas;
-Destinada a contener soluciones medicamentosas, como solución salina, medios de contraste, heparina, anestésicos (por ejemplo, ropivacaína) o analgésicos (por ejemplo, sufentanilo), para su inyección, preparación, mezcla o dilución.
-Para contener soluciones acuosas o salinas para irrigación;
-Para contener soluciones acuosas, salinas o antisépticas para limpiar heridas;
-Para contener antisépticos para desinfectar la piel o las mucosas.
**Además, debido a su diseño, están pensados para ser utilizados:**
**Jarras medidoras**-Para verter soluciones.
**Bandejas riñoneras** -Para ajustarse al cuerpo humano; son adecuadas para recoger los fluidos corporales.
**Tapas de recipientes quirúrgicos y tapas de palanganas:**
Para conseguir la versión cerrada de los recipientes quirúrgicos o las palanganas durante el transporte, el almacenamiento o la eliminación.
**Palanganas de placenta:**
Especialmente para sujetar de forma provisional la placenta o el cordón umbilical para inspeccionarlos después del parto y para preparar la membrana placentaria que después se podrá utilizar para curar heridas.

### ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

-No debe utilizarse para preparar cemento óseo.
-Inspecione visualmente el sistema de barrera estéril antes de utilizarlas. No utilice el dispositivo si detecta alguna irregularidad en el envoltorio.
-Inspeccione visualmente el dispositivo. No utilice el equipo si detecta indicios de deterioro o defectos que puedan comprometer su funcionamiento.
-Antes de utilizarlo, compruebe visualmente si hay restos de partículas y utilícelo solo si no hay residuos.
-Para la preparación de inyectables utilice una aguja con filtro. Tenga en cuenta que los recipientes abiertos pueden aumentar el riesgo de contaminación.
-Para procedimientos oftalmológicos invasivos, enjuagar el contenedor quirúrgico con solución estéril antes de su utilización.
-Destinado a ser utilizado exclusivamente por profesionales sanitarios.
-No reutilizar. Concebido para ser utilizado una única vez para evitar riesgos de contaminación, como posibles infecciones o daños en su funcionamiento.
-Deseche de acuerdo con la legislación aplicable y/o las normas de prevención de infecciones para los residuos sanitarios, con el fin de minimizar el posible riesgo de contaminación, infección o polución.

Utilizando el equipo de manera correcta no se deberían producir incidentes graves, pero de acuerdo con el Reglamento (UE) 2017/745 debemos informar de que los incidentes graves relacionados con el uso del equipo que pongan en peligro la vida o comprometan la salud, incluyendo enfermedades o el deterioro permanente de una estructura corporal, deben notificarse a Bastos Viegas y a la autoridad competente de su país.

### SÍMBOLOS DE MARCADO

1)Representante autorizado en el Reino Unido 2)Papel (identificación del material de embalaje) 3)Dirección de apertura 4)Marca

## SV Kirurgiska behållare

### PRODUKTER

-Kirurgiska skålar;
-Brickor (inklusive njurbrickor och laparoskopi- /endoskopibrickor);
-Handfat (inkluderar ringhandfat, placentahandfat och rektangulära handfat);
-Tillbringare;
-Lock (inkluderar lock till kirurgiska skålar och handfat).

### ENHETSINFORMATION

Brett sortiment av kirurgiska engångsbehållare som uppfyller de högsta kvalitetsstandarderna.
Medicintekniska produkter som klassificeras som klass IIa-produkter på grund av deras breda godkända indikationer för användning, inklusive användning under invasiva procedurer.
I vissa referenser presenteras ett lämpligt lock, samt fästmedel för fixering på ytor.
Vårdpersonal bör välja en enhet med lämplig kapacitet och med en utformning som är lämplig för det specifika avsedda syftet.

### AVSETT ÄNDAMÅL OCH INDIKATIONER

**Kirurgiska skålar, brickor, handfat och tillbringare:**
-Att tillfälligt hålla en organ eller vävnad;
-För att förvara eller bereda medicintekniska produkter, t.ex. kateter med medicinska lösningar.
-Avsedd för att hålla medicinska lösningar – såsom saltlösning, kontrastmedel, heparin, bedövningsmedel (t.ex., ropivakain), eller smärtstillande medel (t.ex., sufentanil) – för injektion, formulering, blandning eller utspädning.
-För att förvara vattenhaltiga saltlösningar för bevattning;
-För att förvara vattenhaltiga saltlösningar eller antiseptiska lösningar för sårrengöring;
-För att förvara antiseptiska medel för desinfektion av hud eller slemhinnor.
**Och dessutom, och på grund av deras utformning, är de avsedda att användas:**
**Tillbringare-**För att hälla lösningar.
**Njurbrickor** - För att passa med människokroppen; är lämpliga för uppsamling av kroppsvätskor.
**Lock till kirurgiska skålar och handfat:**
-För att få fast en stängd version av kirurgiska skålar eller handfat under transport, förvaring eller bortskaffande.
**Placentahandfat:**
-Specifikt för tillfällig förvaring av placenta och/eller navelsträng för inspektion efter födseln och för beredning av placentamembran som sedan kan användas i samband med t.ex. sårvård.

### VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

-Inte avsedd att användas för förberedelse av bencement.
-Inspektera visuellt den steriliserade barriären innan du börjar använda. Använd inte enheten om du upptäcker att förpackningens integritet brutits.
-Inspektera enheten visuellt. Använd inte enheten om du upptäcker tecken på försämring eller defekt som kan äventyra prestandan.
-Före användning ska man visuellt kontrollera om det finns partiklar och endast använda om innehållet är klart.
-Använd en filterkanyl för beredning av injicerbara läkemedel. Tänk på att öppna behållare ökar risken för kontaminering.
-Vid oftalmologiska invasiva ingrepp ska den kirurgiska behållaren spolas med en steril lösning före användning.
-Endast avsedd att användas av sjukvårdspersonal.
-Återanvänd inte. Avsedd att användas en gång för att förhindra risker för kontaminering, inklusive möjliga infektioner och/eller funktionsskador.
-Avfallshantera i enlighet med gällande lagstiftning och/eller standard för sjukvårdsavfall för att förhindra infektioner, för att minimera risk för kontaminering, infektion eller förorening.

Förekomsten av allvarliga incidenter förväntas inte vid användning av enheten om den används på rätt sätt, men enligt förordning (EU) 2017/745 måste vi informera om att allvarliga incidenter som är relaterade till användningen av enheten, som är livshotande eller äventyrar hälsan, inklusive sjukdom eller permanent försämring av en kroppsstruktur, måste anmälas till Bastos Viegas och till den behöriga myndigheten i ditt land.

### MÄRKNINGSSYMBOLER

1)Storbritannien auktoriserad representant 2)Papper (identifiering av förpackningsmaterial) 3)Öppningsriktning 4)Varumärke

## BG Хирургични контейнери

### ИЗДЕЛИЯТА

-Хирургични купички;
-Тавички (включително бъбречни купички и тавички за лапароскопия/ендоскопия);
-Легени (вкл. кръгли легени, легени за плацентата и правоъгълни легени);
-Кани;
-Капаци (включително капаци за хирургически купички и легени).

### ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗДЕЛИЕТО

Широка гама от хирургични контейнери за еднократна употреба, които отговарят на най-високите стандарти за качество.
Медицински изделия, класифицирани като изделия от клас IIa поради широките им одобрени показания за употреба, включително употреба по време на инвазивни процедури.
Някои препратки предлагат подходящ капак, както и лепила за фиксиране към повърхности.
Медицинските специалисти трябва да изберат изделие с подходящ капацитет и с дизайн, подходящо за конкретното предназначение.

### ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПОКАЗАНИЯ

**Хирургическите купички, тави, легени и измервателни кани:**
-за временно задържане на органи или тъкани;
-за задържане или за подготовка на медицински изделия като катетри с медицински разтвори;
-Предназначена е за съхранение на лекарствени разтвори – като физиологичен разтвор, контрастни вещества, хепарин, анестетици (напр. ропивакаин) или аналгетици (напр. софентанил) – за инжектиране, приготвяне, смесване или разреждане.
-за задържане на водни, физиологични разтвори за напояване;
-за задържане на водни, физиологични или антисептични разтвори за почистване на рани;
-за задържане на антисептици за дезинфекция на кожата или лигавицата.
**Освен това и поради техния дизайн са предназначени да бъдат използвани:**
**Измервателни кани -** за изсипване на разтвори.
**Пластмасови бъбречовидни легенчета -** да пасват на човешкото тяло; достатъчни са за събиране на телесните течности.
**Капаци за хирургически купички и легени:**
-за получаване на затворена версия на хирургически купи или легени по време на транспортиране, съхранение или изхвърляне.
**легени за плацентата**
-Специално за временно задържане на плацентата и/или пъпната връв за проверка след раждането и за подготовка на плацентарна мембрана, която след това може да се използва в контекст като грижа за рани.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

-Не е предназначена за приготвяне на костен цимент.
-Проверете визуално стерилната бариерна система преди употреба. Не използвайте изделието, ако откривате нарушение на целостта на опаковката.
-Проверете визуално изделието. Не използвайте изделието, ако забелязвате каквито и да е признаци на влошаване или дефект, които може да компрометира ефективността му.
-Преди употреба проверете визуално за наличие на частици и използвайте само ако съдържанието е ясно.
-За приготвяне на инжекционната употреба на филтърна игла. Имайте предвид, че отворените контейнери могат да увеличат риска от замърсяване.
-При офталмологични инвазивни процедури, промийте хирургическия контейнер със стерилен разтвор преди употреба.
-Предназначено за употреба само от медицински специалисти.
-Да не се използва повторно. Предназначено за еднократна употреба с цел да се предотвратят рисковете от замърсяване, включително възможни инфекции и/или повреда на функцията му.
-Изхвърлете в съответствие с приложимото законодателство и/или стандартите за предотвратяване на инфекции от отпадъци от здравеопазването, за да сведете до минимум потенциалния риск от заразяване, инфекция или замърсяване.

Не се очаква появата на сериозни инциденти при употребата на изделието, ако се използва по предназначение, но съгласно Регламент (ЕС) 2017/745 е необходимо да Ви информираме, че сериозни инциденти, свързани с употребата на изделието, които са животозастрашаващи или компрометиращи здравето, включително заболяване или постоянно увреждане на телесната структура, трябва да бъдат съобщавани на Bastos Viegas и на компетентния орган в държавата Ви.

### СИМВОЛИ ВЪРХУ ЕТИКЕТИТЕ

1)Упълномощен представител за Обединеното кралство 2)Хартия (идентификация на опаковъчния материал) 3)Посока на отваряне 4)Търговска марка

## HR Kirurški spremnici

### PROIZVODI

-Kirurške posude;
-Plitice (uključuje bubrežaste posude i posude za laparoskopiju/endoskopiju);
-Posude (uključuje okrugle lavore, lavore za placentu i četvrtaste posude);
-Bokali;
-Poklopci (uključuju poklopce za kirurške posude i poklopce za posude i lavore).

### PODACI O UREĐAJU

Širok raspon jednokratnih kirurških spremnika u skladu je s najvišim standardima kvalitete.
Medicinski uređaji klasificirani kao uređaji klase IIa zbog svojih širokih odobrenih namjena za uporabu, uključujući uporabu tijekom invazivnih postupaka.
Neke reference pretpostavljaju odgovarajući poklopac kao i ljepila za fiksiranje na površine.
Zdravstveni djelatnici trebali bi odabrati uređaj odgovarajućeg kapaciteta

## DA Kirurgiske beholdere

**UDSTYR**

-Kirurgiske skåle;
-Bakker (herunder nyrebakker og laparoskopi-/endoskopibakke);
-Beholdere (omfatter runde beholdere, moderkagebeholdere og rektangulære beholdere);
-Kander;
-Låg (omfatter låg til kirurgiske skåle og beholdere).

**OPLYSNINGER OM ENHEDEN**

Et bredt udvalg af kirurgiske engangsbeholdere, som overholder de højeste kvalitetsstandarder.
Medicinsk udstyr klassificeret som klasse IIa-udstyr på grund af dets omfattende godkendte anvendelsesområder, herunder brug under invasive procedurer.
Nogle referencer indeholder et passende låg samt klæbemidler til fastgørelse og overfladeråd.
Sundhedspersonalet bør vælge en enhed med en passende kapacitet og med et design der passer til det specifikke formål.

**ERKLÆRET FORMÅL OG INDIKATIONER**

**Kirurgiske skåle, bakker, beholdere og kander:**
-Til mellemtidig opbevaring af organer eller væv.
-Til at skylle eller klargøre indbygget udstyr som fx katetre med medicinske løsninger.
-Beregnet til medicinske opløsninger - som fx eksempel saltvand, kontrastmedie, heparin, bedøvelsesmidler (f.eks. ropvacaine) eller smertestillende midler (f.eks. sufentanil) - til injektion, forberedelse, blanding eller opløsning.
-Til at indeholde andre saltopløsninger til skylning.
-Til vandige, saltopløsninger eller antiseptiske opløsninger til sårrensning.
-Til at indeholde antiseptiske midler til desinfektion af hud eller slimhinder.
**Derudover og på grunn af deres design er de beregnet til at blive brugt:**
**Kander** - Til at hælde opløsninger.
**Nyrebakker** - Til at passe til menneskekroppen, er egnede til at gøre ren efter kropsvæsker.
**Låg til kirurgiske skåle og beholdere:**
-For at få den lukkede version af kirurgiske skåle eller kar under transport, opbevaring eller bortskaffelse.
**Moderkagebeholdere:**
-Specifikt til mellemtidig opbevaring af moderkage og/eller navlestreng til inspektion efter fødslen og til forberedelse af moderkagemembran, som derefter kan bruges i en sammenhæng som sårplejе.

**ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER**

-Ikke beregnet til genbrug eller til gensterilisering af engangsdelen.
-Inspicer det sterile barrieresystem før brug. Brug ikke enheden, hvis du konstaterer brud på emballagens integritet.
-Inspicer enheden, brug ikke enheden, hvis du konstaterer tegn på forringelse eller fejl, der kan kompromittere ydeevnen.
-Kontroller visuelt for partikler før brug, og brug kun, hvis indholdet er klart.
-Til forbrugsvare af injektionsmaterialer med filtermål. Vær opmærksom på at åbne container kan øge risikoen for forurening.
-Ved oftalmiske invasive procedurer skylles det kirurgiske beholder med steril opløsning før brug.
-Beregnet til udelukkende at bliver brugt af sundhedspersonale.
-Må ikke genbruges. Beregnet til engangsbrug for at undgå risikoen for kontaminering, herunder mulige infektioner og/eller funktionel skade.
-Bortskaf i henhold til gældende love og/eller infektionsforebyggende standarder for sundhedsfaid med henblik på at minimere den potentielle risiko for kontaminering, infektion eller forurening.

Forekomsten af alvorlige hændelser forventes ikke ved brug af enheden, hvis den anvendes korrekt, men i henhold til forordning (EU) 2017/745 skal vi informere om, at alvorlige hændelser i forbindelse med brug af enheden, som er livstruende eller kompromitterer helbredet, inkluderer sygdom eller permanent svækkelse af en kropsstruktur, skal indberettes til Bastos Viegas og til den kompetente myndighed i dit land.

**MÆRKNINGSSYMBOLER**
1)Medlemsstaternes autoriseret repræsentant 2)Papir (identifikation af emballagemateriale) 3)Åbningsretning 4)Varemærke

## ET Kirurgilised konteinerid

**SEADMETELE**

-Kirurgilised kausid;
-Kandikud (sisaldab neerukausse ja laparoskoopia-endoskoopia kandikuid);
-Kausid (sh ümmargune-, platsenta- ja helimeikeri kausid);
-Kannud;
-Kaaned (sh kirurgilise kausi kaaned ja valamukatted).

**TEAVE SEADME KOHTA**

Lai valik ühekordset kasutatavaid kirurgilisi konteinereid, mis vastavad kõrgeimatele kvaliteedistandarditele.
Meditsiiniseadmed, mis on klassifitseeritud IIa klassi seadmeteks nende laialdaste heakskiidetud kasutusvõiste tõttu, sealhulgas kasutamine invasiivsete protseduuride ajal.
Mõnedes viidetes on esitatud sobiv kaas ja limmel pindade kõige ijnnitamiseks.
Ijnnitamiseks tervishoitujad peaksid valima sobiva võimsusega ja ergonoomilise disainiga seadme, mis vastab konkreetsele kasutusotstarbele.

**SIHTOSTARVE JA NÄIDUSTUSED**

**Kirurgilised kausid, kandikud, kausid ja kannud:**
-Elundite või kudede ajutiseks hoidmiseks;
-Muhulugas selliste protseduuride nagu kateetrid, drenaažitorud või siirdatavad seadmed loputamiseks või ettevalmistamiseks ning kirurgilise sidemete leotamiseks;
-Mõeldud meditsiinilise lahuste – näiteks soolalahuse, kontrastaine, hepariini, anesteetikumide (nt ropivakaiin) või valuvaigistite (nt sufentaniil) - hoidmiseks süstimiseks, ettevalmistamiseks, segamiseks või lahjendamiseks.
-loputamiseks mõeldud veepõhiste, soolalahuste hoidmiseks;
-Haava puhastamiseks mõeldud veepõhiste, soolalahuste või antiseptikumide hoidmiseks.
-Antiseptikumide hoidmiseks naha või limaskesta desinfitseerimiseks.
**Lisaks, ja oma disaini tõttu on need ette nähtud järgmiseks kasutamiseks:**
**Kannud** - lahuste valamiseks.
**Neerukausse** - sobivad inimkehale; on sobivad kehavedelike kogumiseks.
**Kirurgilise kausi kaaned ja valamukatted:**
-Kirurgilise kausside suletud versiooni saavutamiseks transpordi, hoiustamise või kõrvaldamise ajal.
**Platsentakausid:**
-Spetsiaalselt platsenta ja/või nabanõõri ajutiseks hoidmiseks sünnitusjärgseks kontrollimiseks ja platsentamembraani ettevalmistamiseks, mida saab seejärel kasutada näiteks haavade hooldamisel.

**HOIATUSED JA ETTEVAATUSABINÕUD**

-Ei ole ette nähtud luutsemendi valmistamiseks.
-Enne kasutamist kontrollige visuaalselt steriilset kaitsesüsteemi. Ärge kasutage seadet, kui märkate, et pakend on kahjustatud.
-Kontrollige seadet, ärge kasutage seadet, kui avastate mis tahes märke kahjustustest või defektidest, mis võivad mõjutada toote toimivust.
-Enne kasutamist kontrollige visuaalselt, kas selles on osakesi, ja kasutage seda ainult siis, kui sisu on selge.
-Süstivatele anetele valmistamiseks kasutage filtrinõela. Võtke teadmiseks, et avatud konteineri võimal kasutamisel suurendada saastumisohtu.
-Oftalmoloogilise invasiivsete protseduuride puhul loputage kirurgilist konteinerit steriilse lahusega enne kasutamist.
-Mõeldud kasutamiseks ainult tervishoiutöötajate poolt.
-Uuesti mitte kasutada. Toode on ette nähtud ühekordseks kasutamiseks, et vältida saastumisriski, sh võimalikke infektsioone ja/või funktsionaalset kahjustust.
-Võimaliku saaste- nakkus- ja reostusohu vältimiseks kõrvaldage tervishoiujäätmed kooskõlas kehtivate õigusaktide ja/või nõuetele vastavate standardite nõuetega.

Oige kasutamise korral ei esine seadme kasutamisel ohujuhtumeid, kuid vastavalt määrusele (EL) 2017/745 peame kohustatud teavitama, et seadme kasutamisega seotud ohujuhtumitest, mis on eluohtlikud või tervist ohustavad, sh haigestumine või keha struktuuri püsiv kahjustamine, tuleb teavitada Bastos Viegast ja teie riigi pädevat asutust.

**MÄRGISTUSSÜMBOLID**
1)Ühenduseriigi volitatud esindaja 2)Paber (pakendi materjali identifitseerimine) 3)Avamise suund 4)Kaubamärk

## FI Kirurgiset säiliöt

**LAITTEET**

-Kirurgiset astiat;
-Alustat (sisältävät kaarimaljat sekä laparoskopia- ja endoskopiatarjottimet);
-Vadit (sisältävät rengasvadit, istuvakkavadit ja suorakulmaiset vadit);
-Nestekannut;
-Kannet (sisältävät kirurgisten astioiden ja vatien kannet).

**LAITTEEN TIEDOT**

Laaja valikoima kertakäyttöisiä kirurgisia säiliöitä täyttää korkeimmat laatustandardimme.
Lääkinnälliset laitteet, jotka on luokiteltu luokan IIa laitteiksi niiden laajojen hyväksyttyjen käyttöalueiden vuoksi, mukaan lukien käyttö invasiivisten toimenpiteiden aikana.
Joissakin referensessiä esitellään sopiva kansi sekä liimoja pintoihin ilmaisimiksi.
Terveydenhuollon ammattilaisten tulisi valita laite, jonka kapasiteetti on sopiva ja joka on suunniteltu ja joka soveltuu käyttötarkoituksessa.

**KÄYTTÖTARKOITUS JA INDIKAATIOT**

**Kirurgiset astiat, alustat, vadit ja kannut:**
-Elinten tai kudosten säilyttämiseen tai väliaikaiseksi;
-Lääkinnällisten laitteiden, kuten katetrien, säilyttämiseen tai valmistamiseen lääkinnällisillä liuoksilla;
-Tarkoitettu pitämään lääkeliuoksia - kuten suolaliuosta, kontrastianeita, hepariinia, anestesia-aineita (esim. ropivakaiini) tai kipulääkkeitä (esim. sufentaniili) - injektiota, valmistusta, sekoittamista tai laimentamista varten.
-Vesipitoisten suolaliuosten säilyttämiseen nesteytystä varten;
-Vesipitoisten suolaliuosten tai antiseptisten liuosten säilyttämiseen haavan puhdistusta varten.
-Antiseptisten aineiden säilyttämiseen ihon tai limakalvojen desinfiointia varten.
**Lisäksi ja niiden rakenteen vuoksi ne on tarkoitettu käytettäviksi:**
**Nestekannut** - luosten kaatamiseen.
**Kaarimaljat** - Ihmiskeholle sopivina; ovat riittävät kehon nesteiden keräämiseen.
**Kirurgisten astioiden ja vatien kannet:**
-Kirurgisten astioiden tai vatien suljetun version aikaansaamiseksi kuljetuksen, varastoinnin tai hävittämisen ajaksi.
**Platsentakaussit:**
-Erityisesti istukan ja/tai napanuoran tilapäiseen säilyttämiseen synnytyksen jälkeistä tarkastusta varten ja istukkakalvon valmisteluun, käytettäväksi esimerkiksi haavahoidossa.

**VAROITUKSET JA VAROTOIMET**

-Ei ole tarkoitettu luusementin valmistukseen.
-Tarkista steriili estojärjestelmä silmämääräisesti ennen käyttöä. Älä käytä laitetta, jos huomaat vaurioitumisen merkkejä.
-Tarkista laite silmämääräisesti. Älä käytä laitetta, jos huomaat mitään merkkejä turmeltumisesta tai vaurioista, jotka voivat vaikuttaa suorituskykyä.
-Tarkista ennen käyttöä silmämääräisesti hiukkasten varalta ja käytä vain, jos sisältö on selkeä.
-Injektiosteisiden valmistuksen käytetään suodatinneulaa. Huomaa, että avoimet säiliöt voivat lisätä kontaminaation riskiä.
-Huomaa, ettei ihon puhdistamisella luokseisti ennen käyttöä, kun kyseessä on silmään kohdistuva invasiivinen toimenpide.
-Tarkoitettu ainoastaan terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön.
-Älä käytä uudelleen. Tarkoitettu kertakäyttöiseksi, jotta tartunnasta, mukaan lukien mahdollisista infektioista, ja toiminnallisista vaurioista johtuvat riskit voidaan välttää.
-Hävitä voimassaolevan lainsäädännön ja/tai terveydenhuollon jätteitä koskevien infektionestostandardien mukaisesti välttääkseesi tartuntoja, infektioita ja saastumista.

Vakavien haittatapahtumien esiintymineen ei ole odotettavissa, kun laitetta käytetään asianmukaisesti, mutta asetuksen (EU) 2017/745 mukaisesti meidän on ilmoitettava, että laitteen käyttöön liittyvistä vakavista tilanteista, joihin liittyy hengenvaara tai terveyden vaarantuminen, mukaan lukien sairaus tai kehon rakenteeseen kohdistuva pysyvä haitta, on ilmoitettava Bastos Viegaille tai oman maasi toimivaltaiselle viranomaiselle.

**MERKINTÄSYMBOLIT**
1)Yhdisteen kuninkaallinen valtuutettu edustaja 2)Paperi (pakkausmateriaalin tunnistaminen) 3)Avaussuunta 4)Tavaramerkki

## EL Χειρουργικά δοχεία

**ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ**

-Χειρουργικά μπολ;
-Δίσκοι (περιλαμβάνονται δίσκοι νεφρών και δίσκοι λαπαροσκόπησης/ενδοσκόπησης);
-Λεκάνες (περιλαμβάνονται στρογγυλές λεκάνες, λεκάνες συλλογής πλακούντα και ορθογώνιες λεκάνες);
-Κάνατες;
-Καπάκι (περιλαμβάνονται καπάκια χειρουργικού μπολ και καπάκια λεκάνης).

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ**

Μεγάλη ποικιλία ιατρικών συσκευών μίας χρήσης που συμμορφώνονται με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας.
Ιατροτεχνολογικά προϊόντα που ταξινομούνται ως συσκευές κλάσης IIa λόγω του μεγάλου εύρους εγκεκριμένων χρήσεών τους, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης κατά τη διάρκεια επεμβατικών διαδικασιών.
Ορισμένοι κλειστοί εμφανίζονται με κατάλληλο καπάκι, καθώς και με κόλλες για στερεωσή σε επιφάνειες.
Οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να επιλέγουν την κατάλληλη συσκευή με επαρκή χωρητικότητα και σχεδιασμό.

**ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ**

**Τα χειρουργικά μπολ, οι δίσκοι, οι λεκάνες και οι κανάτες:**
-την προσωρινή τοποθέτηση οργάνων ή ιστών;
-την τοποθέτηση ή την πρόοδο/χρήση ιατροτεχνολογικών προϊόντων, φτιάχτε κθρτέτρες και ιατρικά διαλυμάτων;
-Ηορφόζονταί για τη συγκράτηση φαρμακευτικών διαλυμάτων—για παράδειγμα, ολιπτοφόρα διαλυμάτος (ενδοσκοπικού ακόμα), σκιαγραφικής ουσίας για ακτινογραφική απεικόνιση, ηπαρίνης, αναισθητικών φαρμάκων (πχ ροπιβακαΐνης), ή αναλγητικών φαρμάκων (πχ. ενταγνόλης, για ενδοφλέβια, παραοκεκή ενδοκαμάτων, ανάμεση, ή αραίωση.
-την τοποθέτηση υδατικών διαλυμάτων διαλυμάτων έκπλυσης;
-την τοποθέτηση υδατικών, αλατούχων ή αντισηπτικών διαλυμάτων καθαρισμού τραύματος.
-την τοποθέτηση αντισηπτικών για την απολύμανση δέρματος ή βλεννογόνων.
**Επιπλέον, λόγω του σχεδιασμού τους, προορίζονται επίσης για:**
**Κανάτες** - την έγχυση διαλυμάτων.
**Δίσκοι νεφρών** - για τη συγκράτηση τους στο ανθρώπινο σώμα για την απροδόκοπτη συλλογή των σωματικών υγρών.
**Καπάκια χειρουργικού μπολ και καπάκια λεκάνης:**
-τη στεγνοποίηση χειρουργικών λεκανών ή μπολ κατά τη μεταφορά, αποθήκευση ή απόρριψη.
**Λεκάνες συλλογής πλακούντα:**
-ιδίως, την προσωρινή τοποθέτηση του πλακούντα και/ή του αιμοφόλου λιμόνου μετά τη γέννηση κατά τη γέννηση και για την πρόοτομασία της μεμβράνης του πλακούντα που μπορεί στη συνέχειά να χρησιμοποιηθεί, π.χ. για την περιποίηση τραύματος.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ**

-Δεν προορίζεται για χρήση στην παρασκευή οστικού ταμπόνας.
-Πριν από τη χρήση ελέγξτε οπτικά τη στείρα εμπόδιο συστήμα προστασίας. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν διαπιστώσετε παράβαση της ακεραιότητας της συσκευασίας.
-Επιθεωρήστε οπτικά το προϊόν. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν εντοπίσετε σημάδια φθοράς ή ελαττώματα που μπορεί να υποβαθμίσουν τις επιδόσεις.
-Πριν από τη χρήση, ελέγξτε οπτικά για σωματίδια και χρησιμοποιήστε μόνο εάν το υγρό είναι καθαρό.
-Για την προετοιμασία ενέσιμων να χρησιμοποιείτε βελόνα με φίλτρο. Επισημαίνεται ότι η ανοικτή δοχεία μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο μόλυνσης.
-Για επεμβάσεις οφθαλμικές επεμβάσεις ξεπλύνετε το χειρουργικό δοχείο με αποστειρωμένο διάλυμα πριν από τη χρήση.
-Προβλέπονεν χρήση αποκλειστικά από επαγγελματίες υγείας.
-Μη μην επαναχρησιμοποιείτε. Προορίζεται για χρήση μιας χρήσης προκειμένου να προλαμβάνεται ο κίνδυνος μόλυνσης, συμπεριλαμβανομένων τιθέν μολύνσεων κ.λ.π. λειτουργικής βλάβης.
-Απορρίψτε σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους ή/και τα πρότυπα προλήψεις μολυνσης από τα απόβλητα υγειονομικής περίθαλψης, ώστε να αποφύγετε τυχόν μολύνσεις του πιθανόν μόλυνσης, λοιμώξεις ή μολύνσεις.

Με την ορθή χρήση της συσκευής δεν αναμένεται να προκαλέσει σοβαρά περιστατικά. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/745, υποχρεούμαστε να σας πληροφορήσουμε ότι σε περίπτωση εμφάνισης σοβαρών περιστατικών που σχετίζονται με τη χρήση της συσκευής, σε περιστατικό είναι απειλητικό για τη ζωή ή θέτουν σε κίνδυνο την υγεία, συμπεριλαμβανομένης ασθένειας ή μόνιμης βλάβης δομής του σώματος, θα πρέπει να κοινοποιούνται στη Bastos Viegā και στην αρμόδια αρχή της χώρας σας.

**ΣΥΜΒΟΛΑ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ**
1)Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου 2)Χαρτί (αναγνώριση υλικού συσκευασίας) 3)Κατεύθυνση άνοιγματος 4)Εμπορικό σήμα

## HU Sebészeti tartályok

**ESZKÖZÖK**

-Sebészeti tálak;
-Tálcák (ideértve vesetálat és laparoszkópiás-endoszkópos tálcák);
-Tartályok (ideértve kerek tartályok, placenta tartályok és téglalap alakú tartályok);
-Kancsók;
-Fedelek (ideértve sebészeti tál fedelek és tartályfedelek).

**ESZKÖZADATOK**

A legmagasabb szabványoknak megfelelő, egyszeri használatú sebészeti tartályok széles skálája.
A széleskörű javasolt felhasználás miatt II. osztályba sorolt, beleértve a invazív eljárások során használt szabályozott orvosi eszközöket is.
Egyes referenciák megfelelő fedéllel, valamint ragasztóanyaggal rendelkeznek a felületekre való ragasztéshez.
Az egészségügyi szakembereknek a célnak megfelelő kapacitású és tervezési eszközt szükséges választaniuk.

**RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT ÉS INDIKÁCIÓK**

**A sebészeti tálak, tálcák, tartályok és kancsók:**
-Szervek vagy szövetek ideiglenes tárolása;
-Orvostechnikai eszközök, mint például a kateteret tárolása vagy előkészítése orvosi oldatokkal;
-Gyógyszeroldalok – például fiziológiás sóoldat, kontrasztanyag, hepárin, érzéstelenítő szerek (pl. ropivakain) vagy fájdalomcsillapítók (pl. sufentanil) – befogadására szolgál beadás, előkészítés, keverés vagy hígítás céljából.
-Vizes, sós megoldásokhoz tárolása;
-Vizes, sós vagy fertőtlenítő oldatok tárolása sebek tisztításához;
-Bőr vagy nyálkahártya fertőtlenítéséhez használt fertőtlenítő oldat tárolása.
**Ugyanakkor, tervezésükből adódóan, a tervezett felhasználás:**
**Kancsók** - Oldatok töltése.
**Vesetálak** - Az emberi testhez talló illeszkedés; testfolyadékok gyűjtésére alkalmas.
**Sebészeti tál fedelek és tartályfedelek:**
-A sebészeti tálak vagy tartályok zárt verziójának megszerzése, szállítása, tárolás vagy ártalmatlanítás céljából.
**Placenta tartályok:**
-Specifikusan, a mellékperyű és/vagy kölökdzsinór ideglenes tárolása vizsgálat céljából szülés után és a méhlepényi membrán előkészítése céljából, amely utólag például sebellátás céljára használható.

**FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK**

-Csontcement kötése nem alkalmas.
-Használat előtt szemrevételezéssel ellenőrizze a steril barrierrendszert. Ha a csomagolás épségének bármilyen sérülését észleli, ne használja az eszközt.
-Szemrevételezéssel ellenőrizze az eszközt, és ne használja az eszközt, ha bármilyen, annak teljesítményét esetleg veszélyeztető állagromlás vagy hiba jelenik meg.
-Használat előtt szemrevételezéssel ellenőrizze részecskék jelenlétét, csak akkor használja ha a tartalom tiszta.
-Az injekciós készítmények előkészítéséhez használjon szűrőtűt. Legyen tudatában annak, hogy a nyitott tárolók növelik a szennyeződés veszélyét.
-Szemészeti invazív eljárások előkészítéséhez, használat előtt öblítse át a sebészeti tartályt steril oldattal.
-Kizárólag egészségügyi szakemberek általi használatra tervezve.
-Ne használja fel újra. Egyszer használt eszközök, ha szennyeződés kockázatának megelőzésére, beleértve az lehetséges fertőzéseket és/vagy a funkcionális károsodást.
-Ártalmatlanítás a vonatkozó jogszabályoknak és/vagy az egészségügyi hulladékra vonatkozó fertőzésmegelőzési előírásoknak megfelelően, hogy minimalizálják a szennyeződés, fertőzés vagy környezetszennyezés lehetséges kockázatát.

Az eszköz használatával komoly események bekövetkezése nem várható el, azonban az (EU) 2017/745 rendelet szerint fájdalomtartalmik kell, hogy az eszköz használatával kapcsolatban súlyos esemény bekövetkezik, amelyek életveszélyesek, vagy veszélyeztetik az egészséget, beleértve a betegséget vagy valamely testrész maradandó károsodását, értesíteni kell a Bastos Viegas-nak és az országának illetékes hatóságának.

**CÍMKÉZÉSI SZIMBÓLUMOK**
1)Egyesült Királyság hivatalos képviselője 2)Papír (csomagolóanyag megnevezése) 3)Irányítási irány 4)Védjegy

## LV Trauks medicīnas vajadzībām

**IERĪCĒM**

-Blodinas medicīnas vajadzībām
-Paplāte (ietver nierveida tālītes un laparoskopijas/endoskopijas paplātes);
-Medicīniskās mazgātnes (ietver operāciju zāles bļodas, placenta paplātes un taisnstūrveida tvertnes);
-Mērtrauki;
-Vāki (ietver trauka medicīnas vajadzībām vākus un medicīniskās mazgātnes vākus).

**IERĪCES INFORMĀCIJA**

Plaša diapazona vienreizējās lietošanas trauki medicīnas vajadzībām atbilst augstākās kvalitātes standartiem.
Medicīniskās ierīces klasificētas kā IIa klases ierīkās, pateicoties to plaši apstiprinātajām lietošanas indikācijām, ieskaitot invazīvās procedūras. Dažās atsauces ir norādīts atbilstošs vāks, kā arī līmvielas fiksācijai pie virsmām.
Veselības aprūpes speciālistiem ir jāizvēlas ierīce ar piemērotu ietilpību un dizainu, kas ir piemērota konkrētajam paredzētajam mērķim.

**PAREDZĒTAIS NOLŪKS UN INDIKĀCIJAS**

**Blodas medicīnas vajadzībām, paplātes, medicīniskās mazgātnes un mērtrauki:**
-Lai īslaicīgi turētu orgānus vai audus;
-Lai turētu vai sagatavotu medicīniskās iekārtas, piemēram katetrus ar medicīnas šķīdumiem.
-Paredzēts tādu medicīnisko šķīdumu, piemēram, fizioloģiskā šķīduma, kontrastvielu, heparīna, anestēzijas līdzekļu (piem., ropivakaīna) vai prestāsjpu līdzekļu (piem., sufentanila), injicēšanai, sagatavošanai, sajaukšanai vai atšķaidīšanai.
-Lai turētu ūdeni, sāls šķīdumus apūdeņošanai;
-Lai turētu ūdeni, sāls vai antiseptiskus šķīdumus brūces tīrīšanai;
-Lai turētu antiseptiskās līdzekļus ādas vai gļotādas dezinfekcijai.
**-Turklāt to konstrukcijas dēļ tās ir paredzētas izmantot:**
**Mērtrauki** - lai ielietu šķidrumus.
**Paplātes nieveida** - cilvēka ķermenim pielāgotā veidā; ir piemēroti, lai savāktu ķermeņa šķidrumus.
**Trauka medicīnas vajadzībām vākus un medicīniskās mazgātnes vākus:**
-Ja iegūtu bļodiņu medicīnas vajadzībām vai mazgātnu sēgto vesīgu transportēšanas, uzglabāšanas vai izmīcināšanas laikā.
**Placentas paplātes:**
-Īpaši paredzētas placentas un/vai nabassaites īslaicīgai turēšanai to pārbaudei pēc piedzimšanas un placentas membrānas sagatavošanai, ko pēc tam var izmantot tādā kontekstā kā brūču kopšana.

**BRĪDINĀJUMI UN PIESARDZĪBAS PASĀKUMI**

-Nav paredzēts kaulu cementa pagatavošanai.
-Pirms lietošanas vizuāli pārbaudiet sterilo barjeru sistēmu. Nelietojiet ierīci, ja atklājat kādu novirzīšanās pazīmi.
-Vizuāli pārbaudiet ierīci. Nelietojiet ierīci, ja atklājat kādu nolietošanās pazīmi vai defektu, kas var ietekmēt ekspluatācijas īpašības.
-Pirms lietošanas vizuāli pārbaudiet vai tajā nav daļiņu, un izmantojiet tikai tad, ja saturs ir dzidrs.
-Injekciju pagatavošanai izmantojiet filtra adatu. Ņemiet vērā, ka atvērts tvertnes izmantošanas laikā palielināsies piesārņojuma risks.
-Oftalmoloģisku invazīvām procedūrām pirms lietošanas izskalojiet trauku medicīnas vajadzībām ar steriālu šķīdumu.
-Izstrādājuma paredzēts lietošanai tikai veselības aprūpes profesionāļiem.
-Nelietojiet atkārtoti. Izstrādājums ir paredzēts izmantošanai tikai vienu reizi, lai novērstu kontaminācijas risku, tostarp iespējamās infekcijas un/vai funkcionālus bojājumus.
-Iespējamas infekcijas un/vai funkcionālus bojājumus.
-Utilizējiet saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem un/vai infekciju profilakses standartiem veselības aprūpes atkritumiem, lai minimizētu potenciālo kontaminācijas, infekcijas vai piesārņojuma risku.

Ja izstrādājums tiek lietots pareizi, nopietni negadījumi nav sagaidāmi, bet saskaņā ar Regulu (ES) 2017/745 mums jāinformē, ka par nopietniem ar ierīces lietošanu saistītiem negadījumiem, kas apdraud dzīvību vai veselību, ka veselībai, ieskaitot slimību vai paleikoši strukturālu organisma bojājumu, jāpaziņo Bastos Viegas un jūsu valsts kompetentajai iestādei.

**MARĶĒŠANAS SIMBOLI**
1)Apvienotās Karalistes pilnvarotais pārstāvis 2)Dokuments (iepakojuma materiāla identifikācija) 3)Atvēršanas virziens 4)Preču zīme

## LT Chirurginė tara

**PRIEMONĖMIS**

-Chirurginiai dubenėliai;
-Padėkliukai (apima tinkų padėkliukus ir laparoskopijos ir (arba) endoskopijos padėkliukus);
-Voneles (įskaitant žiedines voneles, placentos voneles ir stačiakampes voneles);
-Asociai;
-Dangtelai (apima chirurginių dubenėlių dangtelius ir vonelių dangtelius).

**PRIETAISO INFORMACIJA**

Platus vienkartinių chirurginių talpų asortimentas atitinka aukščiausius kokybės standartus.
Medicinos prietaisai priskiriami IIa klasės prietaisams dėl plačių patvirtintų naudojimo indikacijų, įskaitant naudojamą invazinių procedūrų metu.
Kai kuriose nuorodose pateikiamas tinkamas dangtelis, taip pat klijai, skirti tvirtinti prie paviršių.
Sveikatos priežiūros specialistai turėtų pasirinkti tinkamos talpos ir dizaino prietaisą, atitinkantį konkrečią numatytą paskirtį.

**NUMATYTA PASKIRTIS IR INDIKACIJOS**

**Chirurginiai dubenėliai, padėkliukai, dubenėliai ir asocėiai:**
-Organams ar audiniams laikinai laikyti;
-Medicininiams prietaisams, pavyzdžiui, kateteriams su vaistiniais tirpalais, laikyti arba jiems paruošti.
-Skirta laikyti medicininius tirpalus, tokius kaip fiziologinis tirpalas, kontrastinės medžiagos, heparinas, anestetikai (pvz., ropivakainas) arba analgetikai (pvz., sufentanilis), skirtus injekcijai, paruošimui, sumaišymui ar praskiedimui.
-Vandeniniams, druskos tirpalams laikyti;
-Vandeniniams, fiziologiniams ar antiseptiniams tirpalams, skirtiems žaizdoms valyti, laikyti;
-Antiseptiniams preparatams, skirtiems odai ar gleivinei dezinfekuoti, laikyti.
**Be to, ir dėl savo konstrukcijos jie yra skirti naudoti:**
**Asociai** - Tirpalams pilti.
**Inksių padėkliukus** - Prigludusi prie žmogaus kūno; yra tinkami kūno skysčiams surinkti.
**Chirurginių dubenėlių dangtelius ir vonelių dangtelius:**
-Norint gauti uždarą chirurginių dubenų ar vonelių versiją transportuojant, laikant ar šalinant.
**Placentos voneles:**
-Specialiai laikinai laikyti placentą ir (arba) bambagyslę apžiūrai po gimdymo ir placentos membranos paruošimui, kuri po to gali būti naudojama, pavyzdžiui, žaizdų priežiūrai.

**ĮSPĖJIMAI IR ATSARGUMO PRIEMONĖS**

-Neskirta naudoti gaminant kaulų cementą.
-Prieš naudojimą vizualiai patikrinkite sterilaus barjero kokybę. Nenaudokite prietaiso, jeigu radote pakuotės pažeidimų.
-Prieš naudojimą vizualiai įvertinkite prietaisą. Nenaudokite prietaiso, jeigu pastebėjote bent menkiausią pažaidą ar kitus trūkumus; galėjinčius pakenkti efektyviam prietaiso naudojimui.
-Prieš naudojimą vizualiai patikrinti užterštumo riziką.
-Naudokite tik tada, jei turinys yra skaidrus.
-Injekcinių tirpalų ruošimui naudoti filtruojamąją adatą. Atminkite, kad atvirų talpyklos gali padidinti užterštumo riziką.
-Atliekant invazines oftalmologines procedūras, prieš naudojimą chirurginę talpą praplaukite steriliu tirpalu.
-Skirtas naudoti tik medicinos specialistams.
-Nenaudoti pakartotinai. Skirtas vienkartiniam naudojimui, kad naudojimo metu būtų išvengta užkrėtimo, bei galimo infekcinių ligų plitimo.
-Utilizuokite prietaisą pagal galiojančius teisės aktus ir (arba) sveikatos priežiūros atliekų tvarkymo infekcijų prevencijos standartus, siekiant sumažinti užsikėrimo, infekcijų ir taršos riziką.

Naudojant prietaisą teisingai, rimti incidentai nėra tikėtini. Tačiau pagal Reglamentą (ES) Nr. 2017/745 privalome pranešti, kad apie rimtus ir gyvybei arba sveikatai pavojų keliančius incidentus, tarp jų ir liga arba nuolatinį organizmo struktūrinį defektą, būtina pranešti Bastos Viegas ir bei kompetentingai jūsų valstybės institucijai.

**ŽENKLINIMO SIMBOLIAI**
1)Jungtinės Karalystės atstovas 2)Popierius (pakavimo medžiagos identifikavimas) 3)Atidarymo kryptis 4)Prekių ženklas

## PL Pojemniki chirurgiczne

**WYROBAMI**

-Miski chirurgiczne;
-Tace (w tysy nerki i tace do laparoskopii/endoskopii);
-Baseny (w tym baseny okrągłe, baseny łożyskowe i baseny
prostokątne);
-Dzbanki z miarką;
-Pokrywki (w tym pokrywki do misek chirurgicznych i pokrywki do basenów).

**INFORMACJE O WYROBIE**

Szeroka oferta jednorazowych pojemników chirurgicznych spełnia najwyższe standardy jakości.
Wyroby medyczne (wyzględnione w klasie IIa ze względu na szerokie zatwierdzone wskazania do stosowania, w tym podczas zabiegów inwazyjnych.
W przypadku niektórych modeli dostępne są odpowiednie pokrywki oraz kleje do mocowania do powierzchni.
Fachowy personel medyczny powinien wybrać wyrób o odpowiedniej pojemności i konstrukcji właściwej dla konkretnego przeznaczenia.

**PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE I WSKAZANIA**

**Miski chirurgiczne, tace, baseny i dzbanki z miarką:**
-Tymczasowego przechowywania narzędów lub tkanek;
-Przechowywania lub przygotowywania wyrobów medycznych, takich jak cewniki z roztworami leczniczymi.
-Przeznaczone do przechowywania roztworów leczniczych – takich jak roztwór soli fizjologicznej, środek kontrastowy, heparyna, środki znieczulające (np. ropiwakaina) lub środki przeciwbólowe (np. sufentanyl) – do wstrzykiwań, przygotowywania, mieszania lub rozcieńczania.
-Przechowywania wodnych roztworów soli fizjologicznej do irygacji;
-Przechowywania wodnych roztworów soli fizjologicznej lub roztworów środków aseptycznych do oczyszczania ran;
-Przechowywania środków antyseptycznych do dezynfekcji skóry lub błon śluzowych.
**Ponadto ze względu na swoją konstrukcję są one przeznaczone do:**
**Dzbanki z miarką** - wlewania roztworów.
**Tace nerki** - podsuwania pod ciała człowieka; są odpowiednie do zbierania płynów ustrojowych.
**Pokrywki do misek chirurgicznych i pokrywki do basenów:**
-Pokrywki zapewniają wieko misek chirurgicznych lub basenów w trakcie transportu, przechowywania lub utylizacji.
**Baseny łożyskowe:**
-W szczególności do tymczasowego przechowywania łożyska i/lub pępowiny w celu kontroli po urodzeniu oraz w celu przygotowania błony łożyskowej, która może później zostać wykorzystana do pielęgnacji ran.

**OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI**

-Nie przeznaczony do przygotowania cementu kostnego.
-Przed użyciem należy sprawdzić wzrokowo system bariery sterylnej. Nie używać wyrobu w przypadku wykrycia jakiegokolwiek naruszenia integralności opakowania.
-Sprawdzić wzrokowo wyrób. Nie używać wyrobu w przypadku wykrycia jakichkolwiek oznak pogorszenia stanu technicznego lub wad, które mogą negatywnie wpłynąć na jego działanie.
-Przed użyciem należy przejrzeć produkt w celu sprawdzenia, czy nie zawiera on cząstek stałych. Należy używać go tylko wtedy, gdy zawartość jest klarowna.
-Do przygotowywania preparatów do wstrzykiwań należy używać igły z filtrem. Należy pamiętać, że otwarte pojemniki mogą zwiększać ryzyko zanieczyszczenia.
-W przypadku inwazyjnych zabiegów okulistycznych przed użyciem pojemnik chirurgiczny należy przepłukać sterylnym ro